

**PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI N. 1 SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE OCCORRENTE  
ALLA U.O.C. NEUROCHIRURGIA DELLA FONDAZIONE**

**CAPITOLATO DI GARA**

**P -20140037696**

**CODICE GARA: 7065098**

**COD. CIG. 74680215E2**

**CHIARIMENTI**

1. **DOMANDA:** Facendo riferimento al capitolato di gara definitivo, pag.3, si chiede di chiarire quanti dei 300 interventi annui ipotizzati saranno effettuati con tecnologia elettromagnetica e quanti con tecnologia ottica

**RISPOSTA:** Si prevede che circa l'80% degli interventi verranno eseguiti con tecnologia ottica mentre il restante 20% verranno eseguiti con tecnologia magnetica. E' prevedibile che nel primo anno gli interventi possano essere un numero minore (200 interventi con uso di Neuronavigatore).

2. **DOMANDA:** Si chiede cortesemente di confermare che i prezzi della "scheda di dettaglio economico" per il materiale di consumo (600 interventi su 2 anni) non concorrono alla definizione del prezzo base d'asta di € 250.000,00

**RISPOSTA:** Si conferma.

3. **DOMANDA:** Si chiede di specificare la tipologia di chirurgia spinale: se trattasi di open o di mininvasiva.

**RISPOSTA:** La tipologia di chirurgia spinale potrà essere sia di tipo open che mininvasiva a seconda dei casi clinici da trattare.

4. **DOMANDA:** Si chiede di chiarire se il documento "Verbale di sopralluogo" (All. 2) così come indicato sul documento stesso (a pag 3 di 4), debba essere restituito in forma cartacea, timbrata e firmata in originale pena l'esclusione al RUP o se sia sufficiente il caricamento su Sintel, come indicato nel disciplinare di gara.

**RISPOSTA:** E' sufficiente il caricamento sul portale Sintel

5. **DOMANDA:** Considerato che all'atto del sopralluogo tecnico, non è emersa l'esistenza di un sistema ad ultrasuoni dedicato alla neurochirurgia, nè di sonde neurochirurgiche specifiche per l'uso a contatto con il parenchima cerebrale e che il capitolato di gara a pag.3, alla voce "Interfaccia e Compatibilità" chiede espressamente la compatibilità con ecografi intra-operatori, si chiede che sia comunicato il modello esatto del sistema ad ultrasuoni e delle sonde cerebrali che si desiderano integrare e per le quali è richiesta la fornitura di adattatori e accessori specifici o che sia escluso il sistema ad ultrasuoni dalla lista dei dispositivi da integrare.

**RISPOSTA:** Non risultano attualmente apparecchiature ad ultrasuoni (ecografi) intraoperatori in dotazione a Neurochirurgia e quindi non è possibile specificare caratteristiche per interfacciamento; non si consideri

**PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI N. 1 SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE OCCORRENTE  
ALLA U.O.C. NEUROCHIRURGIA DELLA FONDAZIONE**

**CAPITOLATO DI GARA**

**P -20140037696**

**CODICE GARA: 7065098**

**COD. CIG. 74680215E2**

quindi il sistema ad ultrasuoni nella lista dei dispositivi da integrare.

6. **DOMANDA:** Si chiede di confermare che il microscopio chirurgico attualmente in uso presso la sala operatoria di Neurochirurgia e disponibile all'atto del sopralluogo, sia oggetto dell'interfaccia richiesta, in considerazione del fatto che è in corso una gara per la sostituzione dello stesso (Gara 6970585 CIG 7359107F32). Se così non fosse si chiedono indicazioni in merito .

**RISPOSTA:** L'interfacciamento richiesto è con il Microscopio mod. "Vario 700 Zeiss".

Si precisa, altresì, che il microscopio oggetto di "aggiudicazione provvisoria" della procedura di gara 6970585 è il mod. "Kinevo 900 Zeiss", per il quale in caso di aggiudicazione definitiva dovrà essere previsto l'interfacciamento.