



Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

U.O.C. PROVVEDITORATO-ECONOMATO

Direttore
Dott.ssa Olivia Piccinini

Tel. 0382 503983
Fax 0382 503990

o.piccinini@smatteo.pv.it

PROCEDURA APERTA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI VARI PER EMODINAMICA OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO" DI PAVIA E ALL'ASST DI VIMERCATE, PAVIA E LECCO

DOMANDA

Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti per il Lotto 2: ?

Camici: a pagina 3 dell'allegato "emodinamica CHIARIMENTI_PUBB", viene specificato che i 2 camici sono standard. A pagina 9-10 in risposta alla domanda 3.a viene specificato che i camici richiesti sono rinforzati. Si richiede quindi di stabilire con esattezza se i camici devono essere standard oppure rinforzati. ? Telo paziente: a pagina 5 dell'allegato "emodinamica CHIARIMENTI_PUBB", viene specificato che il telo paziente deve essere un "telo femorale standard 226x343 (circa) cm con due bande trasparenti". A pagina 10 in risposta alla domanda 3.c viene specificato che il telo deve essere un "telo 250x 380 cm circa, provvisto di 2 bande laterali , con film da incisione forato al centro". Quest'ultima descrizione è la medesima utilizzata per rispondere a pagina 8 alla domanda 2.c per indicare la descrizione del telo paziente per il lotto 1. Si richiede quindi di specificare con esattezza la descrizione per il telo paziente del lotto 2 e di confermare quella per il lotto 1.

RISPOSTA

Lotto 2

camici standard

telo femorale standard 226x343 cm (circa) con due bande laterali trasparenti.

Lotto 1

Dimensioni del telo 250x 380 cm circa, provvisto di 2 bande laterali , con film da incisione forato al centro

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA:

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi 19 - 27100, PAVIA - Tel. 0382.5011
www.sanmatteo.org