

**PROCEDURA TELEMATICA APERTA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI CATETERI CON  
TECNOLOGIA TIPO GROSHONG OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "SAN  
MATTEO" DI PAVIA (CAPOFILA) E ALLE ASST DI PAVIA, VIMERCATE E FONDAZIONI IRCCS  
ISTITUTO TUMORI E POLICLINICO DI MILANO (AGGREGATI)**

DOMANDA:

Buongiorno, si chiedere il seguente chiarimento: LOTTO 8 Nel capitolato non ci sono riferimenti all'allestimento del set CVC. Si richiede integrazione con elenco sul dettaglio della componentistica richiesta all'interno dei set.

RISPOSTA:

in riferimento alla composizione del kit, sono fondamentali almeno i seguenti componenti accessori:

- Filo guida in Nitinol a punta dritta morbida, .018" x 50 cm
- Microintrodotto pelabile, in PTFE, lungh. 7 cm
- Ago introduttore, 21G
- Ago cannula introduttore con sistema di sicurezza, 20G 4,5cm