



Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

U.O.C. PROVVEDITORATO-ECONOMATO

Direttore
Dott.ssa Olivia Piccinini

Tel. 0382 503983

Fax 0382 503990

o.piccinini@smatteo.pv.it

FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 1 NCUBATORE O2/CO2 OCCORRENTE AL LABORATORIO DI GENETICA, TRAPIANTOLOGIA E MALATTIE CARDIOVASCOLARI DELLA FONDAZIONE PER UN PERIODO DI 30 MESI

CHIARIMENTI

DOMANDA N. 1

SI RICHIEDE PRECISAZIONE PER QUANTO RIGUARDA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO DELL'INCUBATORE: È NECESSARIA LA DIRETTIVA 93/42 COME DA VOI INDICATA NELLA LETTERA DI INVITO?

RISPOSTA N. 1

NO. NON È UN REQUISITO MINIMO.

DOMANDA N. 2

SI CHIEDE CONFERMA CHE LA FORNITURA DELLE BOMBOLE DI CO2 E N ED I RELATIVI MANOMETRI NECESSARI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE OFFERTA VENGA FORNITA DALL'ENTE E NON SIA INCLUSA NEL CAPITOLATO RELATIVO AL NOLEGGIO DI N° 1 INCUBATORE CON CONTROLLO O2 E CO2.

RISPOSTA N. 2

I MANOMETRI E LE BOMBOLE SARANNO FORNITI DALLA FONDAZIONE

DOMANDA N. 3

NEI REQUISITI MINIMI DI SISTEMA È RICHIESTO UN OSSIMETRO AGGIUNTIVO PER LA MISURAZIONE DEL LIVELLO DI OSSIGENO, SI RICHIEDE DI SPECIFICARE TALE RICHIESTA, IN PARTICOLARE SI RICHIEDE SE È SUFFICIENTE IL SENSORE O2 PRESENTE NELLA STRUMENTAZIONE OFFERTA, COSTITUITO DA UNA CELLA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA:

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi 19 - 27100, PAVIA - Tel. 0382.5011

www.sanmatteo.org

ELETTROCHIMICA CON SISTEMA DI AUTOCALIBRAZIONE AUTOMATICO MENSILE CHE MONITORA E CONTROLLA I LIVELLI DI O₂ PRESENTI ALL'INTERNO DELLA CAMERA. SE LA RICHIESTA FA RIFERIMENTO AD UNO STRUMENTO AGGIUNTIVO RISPETTO A QUELLO OFFERTO SI CHIEDE DI PRECISARNE LE CARATTERISTICHE E LA DESTINAZIONE D'USO

RISPOSTA N. 3

L'OSSIMETRO RICHIESTO È UNO STRUMENTO ACCESSORIO AGGIUNTIVO A QUELLO DELL'INCUBATORE.

CARATTERISTICHE OSSIMETRO PER AMBIENTI:

STRUMENTO PORTATILE (TASCABILE)

SENSORE DI CONCENTRAZIONE DI O₂ E CO₂

DISPLAY CON LETTURA DELLE CONCENTRAZIONI IN TEMPO REALE

ALLARME SONORO E DI VIBRAZIONE IN CASO DI LIVELLI ANOMALI DI CONCENTRAZIONE DEI GAS.

SOGLIE DI ALLARME CONFIGURABILI PER CIASCUN GAS.

PREFERIBILMENTE CON CALIBRAZIONE AUTOMATICA

PREFERIBILMENTE BATTERIA RICARICABILE (TRAMITE USB)

DESTINAZIONE D'USO:

MISURAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI DEI GAS NEGLI AMBIENTI CHE OSPITANO LO STRUMENTO E LA BOMBOLA DI AZOTO.