



CONSULTAZIONE DI MERCATO EX. ART. 66 D.LGS. 50/2016 PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO ALLA SEGUENTE ATTREZZATURA: SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA OTORINOLARINGOIATRICA – MODELLO OSSEODUO – DITTA SEDA

Con riferimento a quanto in oggetto, essendo intenzione di questa Fondazione procede con eventuale procedura di gara per la fornitura del materiale IN ELENCO 1 (ALLEGATO) dedicato all'attrezzatura "SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA OTORINOLARINGOIATRICA - OSSEODUO" di proprietà della Fondazione, si chiede agli operatori economici con disponibilità di materiale **compatibile al 100%** con l'attrezzatura in oggetto di caricare sul portale SINTEL entro le ore 16:00 del giorno 7/4/2021 nella sezione BUSTA UNICA quanto segue:

1. dichiarazione di interesse alla presentazione di un'offerta per l'affidamento della fornitura in oggetto,
2. schede tecniche del materiale che si intende proporre,
3. **DICHIARAZIONE di COMPLETA compatibilità con l'attrezzatura in oggetto**

SI PRECISA CHE NELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI NON DOVRANNO ESSERE INDICATI IN NESSUN CASO VALORI O DATI DI NATURA ECONOMICA

NB:

Il portale chiede necessariamente di indicare un valore di carattere economico per completare la procedura, si prega, quindi nello - step - dedicato di inserire il valore di € 1,00 = al fine procedere. DETTO VALORE NON SARA' IN NESSUN CASO CONSIDERATO.

Si precisa altresì che eventuali valori relativi ai costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dell'operatore economico, costi del personale e costi della sicurezza da interferenza, **SE RICHIESTI DALLA PIATTAFORMA ALL'ATTO DEL CARICAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,** dovranno essere inseriti per un valore pari a € 0,00 =.

Si precisa che il presente avviso, non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per la Fondazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente consultazione.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA:

Per ulteriori chiarimenti si prega di prendere contatti con: geom. Clara Milanesi 0382-503382 cl.milanesi@smatteo.pv.it.

IL DIRETTORE
DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO – ECONOMATO
(Dr.ssa Olivia Piccinini)



ELENCO FRESE PER I MOTORI CHIRURGIA OTOLOGICA BIEN-AIR RAPIDO, NANO E OSSEOSTAP

PLURIUSO		
CODICE	DESCRIZIONE	STIMA CONSUMO ANNUO
1100247-001	50K,MAN.70MM,DIAMANT,Ø0.6,L70MM	1
1100248-001	50K,MAN.70MM,DIAMANT,Ø0.8,L70MM	1
1100249-001	50K,MAN.70MM,DIAMANT,Ø1.0,L70MM	1
1100250-001	50K,MAN.70MM,DIAMANT,Ø1.4,L70MM	3
1100251-001	50K,MAN.70MM,DIAMANT,Ø1.8,L70MM	3
1100252-001	50K,MAN.70MM,DIAMANT,Ø2.3,L70MM	2
1100253-001	50K,MAN.70MM,DIAMANT,Ø2.7,L70MM	2
1100254-001	50K,MAN.70MM,DIAMANT,Ø3.1,L70MM	2
1100255-001	50K,MAN.70MM,DIAMANT,Ø3.5,L70MM	2
1100256-001	50K,MAN.70MM,DIAMANT,Ø4.0,L70MM	2
1100257-001	50K,MAN.70MM,DIAMANT,Ø4.5,L70MM	2
1100258-001	50K,MAN.70MM,DIAMANT,Ø5.0,L70MM	2
1100259-001	50K,MAN.70MM,DIAMANT,Ø6.0,L70MM	2
1100260-001	50K,MAN.70MM,DIAMANT,Ø7.0,L70MM	2
1100389-001	50K,MAN.70MM,DIAMANT.Ø0.6,L80MM	1
1100390-001	50K,MAN.70MM,DIAMANT.Ø0.8,L80MM	1
1100391-001	50K,MAN.70MM,DIAMANT.Ø1.0,L80MM	2
1100439-001	50K,MAN.70MM,CROSS CAR.TUNG.Ø2.3	2
1100440-001	50K,MAN.70MM,CROSS CAR.TUNG.Ø3.1	3
1100441-001	50K,MAN.70MM,CROSS CAR.TUNG.Ø4.0	3
1100442-001	50K,MAN.70MM,CROSS CAR.TUNG.Ø5.0	4
1100443-001	50K,MAN.70MM,CROSS CAR.TUNG.Ø6.0	3
1100274-001	50K,MAN.70MM,CAR.TUNG,Ø7.0	4
1100304-001	50K,MAN.70MM,DIAMA.GRA.GRO,Ø2.3	4

1100305-001	50K,MAN.70MM,DIAMA.GRA.GRO,Ø2.7	4
1100306-001	50K,MAN.70MM,DIAMA.GRA.GRO,Ø3.1	4
1100307-001	50K,MAN.70MM,DIAM.AGRA.GRO,Ø3.5	4
1100433-001	50K,MAN.70MM,DIAMA.GRA.GRO,Ø4.0	4
1100434-001	50K,MAN.70MM,DIAMA.GRA.GRO,Ø4.5	4
1100435-001	50K,MAN.70MM,DIAMA.GRA.GRO,Ø5.0	4
1100436-001	50K,MAN.70MM,DIAMA.GRA.GRO,Ø6.0	4
1100437-001	50K,MAN.70MM,DIAMA.GRA.GRO,Ø7.0	4

FRESE OSSEOTAP PER CHIRURGIA STAFFA

CODICE	DESCRIZIONE	STIMA CONSUMO ANNUO
1501222-001	CARBURO DI TUNGTEÑO Ø0.5	3
1501223-001	CARBURO DI TUNGTEÑO Ø0.6	1
1501229-001	CARBURO DI TUNGTEÑO Ø2.3	1
1501230-001	DIAMANTATA Ø0.6	1
1501231-001	DIAMANTATA Ø0.7	1
1501233-001	DIAMANTATA Ø1	1
1501428-001	DIAMANTATA Ø1.2	1
1501236-001	DIAMANTATA Ø2.3	1