



Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

U.O.C. GESTIONE ACQUISTI E SERVIZI

Direttore
Dott.ssa Olivia Piccinini

Tel. 0382 503983
Fax 0382 503990

o.piccinini@smatteo.pv.it

CONSULTAZIONE DI MERCATO EX. ART. 66 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LETTI ELETTRICI

In esecuzione alla Determina n. 5/D.G./556 del 05/05/2022, la Fondazione intende procedere alla richiesta di offerta per l’acquisto di letti elettrici occorrenti alle UU.OO.CC. Oncologia, Gastroenterologia ed Oculistica della Fondazione, rispondenti alle seguenti caratteristiche minime:

- Letto elettrico ed a batteria, con piano rete da 4 sezioni e 3 snodi con sistema di traslazione;
- Movimentazione della sezione schienale e femorale, con possibilità di movimentazione zona piedi;
- Posizioni: trendelenburg, anti-trendelenburg, poltrona cardiologica, uscita facilitata, completamente elettro-comandabili.
- Altezza variabile tra circa 40 cm e 80 cm con led di indicazione di altezza minima sotto il letto;
- Escursione piano rete del letto min 40 cm max 80 cm;
- Doppi comandi per operatore e paziente, dotati di blocco di sicurezza per le movimentazioni sulle pulsantiera paziente;
- Posizione di emergenza azionabile sia meccanicamente mediante leva CPR sia elettricamente con comando sulla pulsantiera;
- Portata del letto dinamica in sicurezza del paziente Safe Weight Load circa 150 Kg.;
- N. 4 ruote di diametro 150 mm circa, di cui almeno 2 piroettanti, 1 antistatica e bloccaggio centralizzato sia totale che direzionale azionabile su tutte le ruote con leve a doppio braccio o unica barra;
- Predisposizione del piano allunga letto nella sezione piedi;
- Paracolpi di protezione agli angoli;
- Sponde in plastica a 2 settori per lato, con movimento di abbattimento servo-assistito;
- Larghezza comprensiva dei paracolpi di circa 105 cm;
- Lunghezza comprensiva dei paracolpi di circa 225 cm;
- Sistema di sollevamento a leveraggi o equivalente;
- Tastiera e pediera in materiale plastico e sistema di blocco di sicurezza antisfilamento;
- Allarme acustico in caso di freno non inserito e letto collegato alla rete elettrica;
- Possibilità di utilizzo dei sollevatori paziente con il letto in posizione minima;
- Gancio di fissaggio per il cavo dell’alimentazione elettrica
- Supporti laterali per drenaggi e sacche ed alloggiamenti, nei 4 angoli del letto, per asta portaflebo a 4 ganci, in grado di sostenere sacche da 5 litri, con ganci in acciaio;
- Supporto per bombola in sagoma con il letto, in grado di consentire un trasporto da 3 a 5 litri durante i trasferimenti dei pazienti, da posizionare in modo da rendere visibile la bombola durante il trasporto, con idoneo sistema di filtraggio;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA:

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi 19 - 27100, PAVIA - Tel. 0382.5011
www.sanmatteo.org

- Verniciatura con polveri epossidiche, nel rispetto della normativa vigente;
- Grado di protezione dalla penetrazione di liquidi almeno IPX4.

Si chiede agli operatori economici interessati, di caricare sul portale SINTEL, entro le ore 12:00 del giorno 13/05/2022, nella sezione BUSTA UNICA, dichiarazione in carta semplice relativa all'interesse a formulare offerta.

SI PRECISA CHE NELLA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA NON DOVRANNO ESSERE INDICATE IN NESSUN CASO PROPOSTE/OFFERTE DI CARATTERE ECONOMICO

NB:

Il portale chiede necessariamente di indicare un valore di carattere economico per completare la procedura, si prega quindi, nello step – dedicato, di inserire il valore di € 1,00 = al fine di procedere.

DETTO VALORE NON SARA' IN NESSUN CASO CONSIDERATO.

Si precisa altresì che eventuali valori relativi ai costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dell'operatore economico, costi del personale e costi della sicurezza da interferenza, **SE RICHIESTI DALLA PIATTAFORMA ALL'ATTO DEL CARICAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,** dovranno essere inseriti per un valore pari a € 0,00 =.

Si precisa che il presente avviso, non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per la Fondazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente consultazione.

Il presente avviso ed ogni eventuale determinazione, saranno soggetti a revoca in caso di presenza degli articoli in questione nell'ambito di convenzioni ARIA attive e con massimale valido.

Per ulteriori chiarimenti si prega di prendere contatti con:

Matteo Barbieri - mbarbieri@smatteo.pv.it.

**IL DIRETTORE DELLA
U.O.C. GESTIONE ACQUISTI E SERVIZI
(Dr.ssa Olivia Piccinini)**

