



Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

U.O.C. GESTIONE ACQUISTI E SERVIZI

Direttore

Dott.ssa Olivia Piccinini

Tel. 0382 503983

Fax 0382 503990

o.piccinini@smatteo.pv.it

CONSULTAZIONE DI MERCATO EX. ART. 66 D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI CARDIOTOCOGRAFI INTRA-PARTUM OCCORRENTI ALLA U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELLA FONDAZIONE.

Con riferimento a quanto in oggetto, è intenzione della Fondazione procedere alla richiesta di offerta per la fornitura di n. 6 cardiocotografi intra-partum, occorrenti alla U.O.C. Ostetricia e Ginecologia con le seguenti specifiche:

- N.1 sonda doppler pulsata da 1 MHz per il rilevamento dell'FHR (campo FHR: 50-240 bpm \pm 1 bpm), fino a tre frequenze cardiache fetali;
- Monitoraggio ECG, DECG (ECG diretto), MECG (ECG materno);
- Pulsanti per marker eventi fetali;
- I trasduttori ad ultrasuoni e toco grafici devono essere di tipo non invasivo e il più possibile confortevoli per il paziente con alto grado di protezione IP con sistemi di riconoscimento delle coincidenze;
- Monitoraggio della frequenza cardiaca fetale sia singola che gemellare;
- Rilevamento del polso materno;
- Sonde riutilizzabili;
- Rilevamento contrazioni uterine;
- Software di analisi e refertazione NST (non-stress test) per l'interpretazione dei tracciati della frequenza cardiaca fetale e Toco, con generazione automatica del referto cartaceo NST secondo le linee guida NICHD e/o Dawes-Redman per il monitoraggio elettronico della frequenza cardiaca fetale, che consenta la registrazione dell'FHR, UC e movimenti fetali solo per una durata prestabilita;
- Destinato ad attività intra-partum;
- Verifica incrociata tra canali;
- Possibilità di registrazione automatica dei movimenti fetali e quindi memorizzazione del tracciato;
- Monitor fetale con Battito Cardiaco Fetale e Tocografia;
- Display grafico LCD con display touch screen di dimensioni di almeno 6" con possibilità di visualizzare in modo alfanumerico e grafico i valori dell'FHR e della contrazione;
- Capacità di configurazione e personalizzazione di allarmi acustici e/o visivi (allarmi di bradicardia e tachicardia, allarme di fine carta, allarme perdita segnale, allarme di fine carta) e degli schermi;
- Batteria (indicare la durata) per consentire il monitoraggio e la stampa anche durante il trasporto;
- Stampa termica integrata per eventi configurabili;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA:

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico

C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180

V.le Golgi 19 - 27100, PAVIA - Tel. 0382.5011

www.sanmatteo.org

- Carrello dedicato completo di cassetti e n.2 ruote frenanti e possibilità di aggancio rapido per il trasporto su barella completo di rispettivo aggancio (funzionamento a batteria);
- Ampia capacità di memoria;

Si chiede gli operatori economici interessati di caricare sul portale SINTEL entro le ore 12:00 del giorno 13/09/2022 nella sezione BUSTA UNICA QUANTO SEGUE:

- 1) Dichiarazione di interesse alla formulazione di una offerta
- 2) Schede tecniche del materiale proposto

SI PRECISA CHE NELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI NON DOVRANNO ESSERE INDICATI IN NESSUN CASO PROPOSTE/OFFERTE DI CARATTERE ECONOMICO

NB:

Il portale chiede necessariamente di indicare un valore di carattere economico per completare la procedura, si prega, quindi nello - step - dedicato di inserire il valore di € 1,00 = al fine procedere. DETTO VALORE NON SARA' IN NESSUN CASO CONSIDERATO.

Si precisa altresì che eventuali valori relativi ai costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dell'operatore economico, costi del personale e costi della sicurezza da interferenza, **SE RICHIESTI DALLA PIATTAFORMA ALL'ATTO DEL CARICAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**, dovranno essere inseriti per un valore pari a € 0,00 =.

Si precisa che il presente avviso, non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per la Fondazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente consultazione.

Il presente avviso ed ogni eventuale determinazione verranno revocati in caso di presenza del dispositivo in oggetto nell'ambito di convenzioni ARIA attive.

Per ulteriori chiarimenti si prega di prendere contatti con: Galloni Donata 0382-502875
d.galloni@smatteo.pv.it.

**IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
U.O.C. Gestione Acquisti e Servizi
Dr.ssa Olivia Piccinini**

