



Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

S.C. GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)

Direttore
Dott.ssa Olivia Piccinini

Tel. 0382 503983
Fax 0382 503990

CONSULTAZIONE DI MERCATO EX. ART. 66 D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA IN SERVICE DI TRAPANI AD ALTA VELOCITÀ E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALLA U.O.C. CHIRURGIA GENERALE 1 - UOS MAXILLO-FACCIALE DELLA FONDAZIONE

Il sistema oggetto di fornitura in service dovrà avere, indicativamente, le seguenti caratteristiche:

N° 1 consolle di facile uso e programmabilità con:

- Possibilità di collegare contemporaneamente almeno 2 manipoli/motori;
- Sistema di irrigazione integrato e regolabile con almeno n.2 linee;
- Comando motorizzato manuale e a pedale;
- Pedale multifunzione ergonomico e programmabile, che garantisca le seguenti funzioni:
- Regolazione velocità fissa o variabile, variazione numero di oscillazioni/rotazioni, cambio rotazione avanti/indietro e cambio manipolo/motore;
- Monitor touchscreen in lingua italiana, per una rapida impostazione delle varie attività chirurgiche;
- Cavi per il collegamento dei vari strumentari alla consolle.

N° 2 trapani ad alta velocità per chirurgia maxillo-facciale, con:

- Velocità pari ad almeno 50.000 giri/min;
- Manipolo motore leggero ed ergonomico;
- N° 2 attacchi retti medi;
- N° 2 attacchi retti lunghi;
- Possibilità di montare almeno un attacco universale per le frese pluriuso da foro dedicate agli impianti per osteosintesi.

Frese con le seguenti caratteristiche:

- Frese a palla di diverse misure a partire da 0,5 mm a 1 cm e di diverse tipologie: da taglio, diamantate fini e a grana grossa;
- Frese a taglio laterale di diverse lunghezze della parte tagliente: frese di diverse misure e di diverso calibro.

N° 1 motore per microsega reciprocante con:

- Motore leggero ed ergonomico;
- Meccanismo di aggancio della microsega semplice ed intuitivo.

Lame con le seguenti caratteristiche:

- Disponibilità di lame di diverse tipologie;
- Lame sottili con spessore di varie misure;
- Lame di diverse lunghezze;

N° 1 motore per microsega oscillante con:

- Motore leggero ed ergonomico;
- Meccanismo di aggancio della microsega semplice ed intuitivo.

Lame con le seguenti caratteristiche:

- Disponibilità di lame di diverse tipologie;
- Lame sottili con spessore di varie misure;
- Lame di diverse lunghezze;
- Lame con differenti profondità e superfici di taglio.

N° 1 motore microsega sagittale, con:

- motore leggero ed ergonomico;
- meccanismo di aggancio della microsega semplice ed intuitivo;

lame con le seguenti caratteristiche:

- disponibilità di lame di diverse tipologie;
- lame sottili con spessore di varie misure;
- lame di diverse lunghezze;
- lame con differenti profondità e superfici di taglio.

MATERIALE DI CONSUMO RICHIESTO:

- Frese sterili e monouso;
- Seghe oscillanti/sagittali sterili e monouso;
- Seghe reciprocanti sterili e monouso;
- Cassette sterili monouso;
- Clip irrigazione monouso.

Con riferimento a quanto descritto, gli operatori economici interessati, sono pregati di caricare sul portale SINTEL entro le ore 16:00 del giorno 16/12/2022 nella sezione BUSTA UNICA quanto segue:

- 1) Dichiarazione di interesse, su carta intestata, alla formulazione di una offerta.

SI PRECISA CHE NELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI NON DOVRANNO ESSERE INDICATI IN NESSUN CASO PROPOSTE/OFFERTE DI CARATTERE ECONOMICO

NB:


Il portale chiede necessariamente di indicare un valore di carattere economico per completare la procedura, si prega, quindi nello - step - dedicato di inserire il valore di € 1,00 = al fine procedere. DETTO VALORE NON SARA' IN NESSUN CASO CONSIDERATO.

Si precisa, altresì, che eventuali valori relativi ai costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dell'operatore economico, costi del personale e costi della sicurezza da interferenza, **SE RICHIESTI DALLA PIATTAFORMA ALL'ATTO DEL CARICAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**, dovranno essere inseriti per un valore pari a € 0,00 =.

Si precisa che, il presente avviso non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per la Fondazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente consultazione.

Il presente avviso ed ogni eventuale determinazione verrà revocata in caso di presenza dei dispositivi in oggetto nell'ambito di convenzioni ARIA attive.

Per ulteriori chiarimenti si prega di prendere contatti con: Dott.ssa Antonina Sottile tel. 0382-502379
– mail a.sottile@smatteo.pv.it.


IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE ACQUISTI (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
(Dr.ssa Olivia Piccinini)