



Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

S.C. GESTIONE ACQUISTI (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)

Direttore
Dott.ssa Olivia Piccinini

Tel. 0382 503983
Fax 0382 503990

o.piccinini@smatteo.pv.it

CONSULTAZIONE DI MERCATO EX. ART. 66 D.LGS. 50/2016 PER FORNITURA PER 12 MESI DI REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO PER ELETTROFORESI CAPILLARE AD ALTA RISOLUZIONE PER LA QUANTIFICAZIONE E DETERMINAZIONE DI FRAMMENTI DI DNA E RNA PER LA PREPARAZIONE DI LIBRERIE NGS OCCORRENTE ALLA S.C. ANATOMIA PATOLOGICA DELLA FONDAZIONE.

Con riferimento a quanto in oggetto, essendo intenzione della Fondazione procedere alla richiesta di offerta per la seguente fornitura:

Reagenti e materiale di consumo compatibili con lo strumento TapeStation 2200 di Agilent per la valutazione dell'integrità del DNA genomico a partire da tessuti FFPE, e per la quantificazione e determinazione di frammenti di DNA e RNA per la preparazione di librerie NGS:

Codice prodotto	Nome commerciale	Formato	Quantità/anno
5067-5584 o similari	ScreenTape D1000 ad alta sensibilità, parte dei sistemi TapeStation	112 reazioni	5
5067-5584 o similari	Reagenti D1000 ad alta sensibilità contenenti tampone del campione e marcatore ladder, parte dei sistemi TapeStation	112 reazioni	5
5067-5365 o similari	ScreenTape DNA genomico, parte dei sistemi TapeStation	112 reazioni	5
5067-5366 o similari	Reagenti per DNA genomico contenenti tampone del campione e marcatore ladder	112 reazioni	5
5067-5150 o similari	Piastre per campioni a 96 pozzetti per strumento TapeStation	10 pezzi	1
5067-5579 o similari	ScreenTape per RNA ad alta sensibilità, parte dei sistemi TapeStation.	112 reazioni	2
5067-5580 o similari	Tampone del campione ScreenTape per RNA ad alta sensibilità, parte dei sistema TapeStation	1	2
5067-5581 o similari	Ladder ScreenTape RNA ad alta sensibilità, parte dei sistemi TapeStation	1	3

Requisiti minimi dei reattivi e dei dispositivi medici:

- Compatibilità con sistema automatizzato di elettroforesi capillare ad alta risoluzione TapeStation 2200 di Agilent
- Buffer di corsa e size ladder inclusi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA:

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi 19 - 27100, PAVIA - Tel. 0382.5011

www.sanmatteo.org

- LOD DNA genomico almeno pari a 0.5 ng/ul e range lunghezza frammenti separabili 50-50000 bp
- LOD DNA librerie almeno pari a 0.5 pg/ul e range lunghezza frammenti separabili 50-1000 bp

N test annui stimati:

- 550 test DNA genomico
- 500 test DNA alta sensibilità
- 200 test RNA alta sensibilità

Si chiede gli operatori economici interessati di caricare sul portale SINTEL entro le ore 14:00 del giorno 14/12/2022 nella sezione BUSTA UNICA QUANTO SEGUE:

- Manifestazione di interesse a presentare un'offerta;
- Schede tecniche dei prodotti offerti

SI PRECISA CHE NELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI NON DOVRANNO ESSERE INDICATI IN NESSUN CASO PROPOSTE/OFFERTE DI CARATTERE ECONOMICO

NB:

Il portale chiede necessariamente di indicare un valore di carattere economico per completare la procedura, si prega, quindi nello - step - dedicato di inserire il valore di € 1,00 = al fine procedere. DETTO VALORE NON SARA' IN NESSUN CASO CONSIDERATO.

Si precisa altresì che eventuali valori relativi ai costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dell'operatore economico, costi del personale e costi della sicurezza da interferenza, **SE RICHIESTI DALLA PIATTAFORMA ALL'ATTO DEL CARICAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,** dovranno essere inseriti per un valore pari a € 0,00 =.

Si precisa che il presente avviso, non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per la Fondazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente consultazione.

Per ulteriori chiarimenti si prega di prendere contatti con: geom. Clara Milanese 0382-503382 cl.milanesi@smatteo.pv.it.

IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
Dr.ssa Olivia Piccinini