



Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

S.C. GESTIONE ACQUISTI (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)

Direttore
Dott.ssa Olivia Piccinini

Tel. 0382 503983
Fax 0382 503990

o.piccinini@smatteo.pv.it

CONSULTAZIONE DI MERCATO EX ART. 66 D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA TEMPORANEA DI "SISTEMI A PRESSIONE NEGATIVA PER IL TRATTAMENTO DI PATOLOGIE CON ADDOME APERTO".

Con riferimento a quanto in oggetto, si chiede agli operatori economici interessati di caricare sul portale SINTEL, entro le ore **12:00 del giorno 02/03/2023**, nella sezione BUSTA UNICA, quanto segue:

1) Dichiarazione di interesse alla presentazione di un'offerta per la fornitura di sistemi a pressione negativa per il trattamento di patologie con addome aperto mediante l'applicazione di una pressione negativa, rispondenti alle caratteristiche di seguito evidenziate:

- i prodotti devono corrispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva CE 93/42 e dal D. Lgs. 46/97 ed essere in possesso del marchio CE conforme alla loro destinazione d'uso;
- i prodotti devono essere rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza e di conformità elettromagnetica;
- la ditta offerente dovrà impegnarsi a fornire il sistema entro 36 ore dalla richiesta;
- il sistema dovrà essere costituito da un'apparecchiatura (unità terapeutica), un idoneo contenitore per la raccolta dei fluidi e Kit di medicazione costituito da tubo di aspirazione e medicazione.

Requisiti minimi richiesti:

- medicazione in poliuretano specifica per la gestione dell'addome aperto;
- medicazione con doppia sterilità per uso in sala operatoria;
- presenza, sull'unità terapeutica, di allarmi facilmente interpretabili;
- latex free (per i tubi di aspirazione e di instillazione);
- facile utilizzo;
- gestione agevole e semplice della medicazione;
- rispondenza alle normative vigenti in materia di sicurezza e di conformità elettromagnetica;
- poco ingombrante e con possibilità di aggancio al letto del paziente;
- bassa rumorosità;
- utilizzo confortevole per il paziente;
- sistema completamente automatizzato;

2) Schede tecniche del materiale proposto.

SI PRECISA CHE NELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI NON DOVRANNO ESSERE INDICATI IN NESSUN CASO PROPOSTE/OFFERTE DI CARATTERE ECONOMICO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA:

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi 19 - 27100, PAVIA - Tel. 0382.5011
www.smatteo.org

NB:

Il portale chiede necessariamente di indicare un valore di carattere economico per completare la procedura, si prega, quindi nello - step - dedicato di inserire il valore di € 1,00 = al fine procedere. DETTO VALORE NON SARA' IN NESSUN CASO CONSIDERATO.

Si precisa altresì che eventuali valori relativi ai costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dell'operatore economico, costi del personale e costi della sicurezza da interferenza, **SE RICHIESTI DALLA PIATTAFORMA ALL'ATTO DEL CARICAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**, dovranno essere inseriti per un valore pari a € 0,00 =.

Si precisa che il presente avviso, non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per la Fondazione la quale si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente consultazione.

Per ulteriori chiarimenti si prega di prendere contatti con: Matteo Barbieri – tel. 0382.503.830 - e-mail: mbarbieri@smatteo.pv.it.

IL DIRETTORE DELLA
S.C. GESTIONE ACQUISTI (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
Dr.ssa Olivia Piccinini