



CONSULTAZIONE DI MERCATO EX. ART. 66 D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SEQUenziATORE NGS A LONG READS E REAGENTI COMPATIBILI O EQUIVALENTE OCCORRENTE ALLA S.C. CARDIOLOGIA 3 – CENTRO MALATTIE GENETICHE CARDIOVASCOLARI DELLA FONDAZIONE.

Con riferimento a quanto in oggetto, è intenzione della Fondazione procedere alla richiesta di offerta per la fornitura in service di n. 1 sequenziatore NGS a long reads e reagenti compatibili o equivalente, occorrente alla SC Cardiologia 3 – Centro Malattie Genetiche Cardiovascolari per 36 mesi. Requisiti minimi:

- Lo strumento deve avere una tecnologia che permetta di sequenziare long reads;
- Con lo strumento deve essere fornito il software (con licenza) per l'utilizzo dello strumento per tutta la durata del contratto;
- I kit di preparazione dei campioni devono essere compatibili con lo strumento.
- I kit di preparazione dei campioni devono essere completi di tutti i reagenti necessari fino al caricamento sullo strumento.
- Rispettare tutti i requisiti tecnici minimi indicati per ciascun prodotto ovvero stabiliti da norme di prodotto, norme nazionali, CE, ecc., al momento della consegna, anche se emanate successivamente alla presentazione dell'offerta, con particolare riferimento alla codifica CND e al numero di repertorio dei dispositivi offerti, che deve essere sempre espressamente indicato;
- Conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e tecniche, comunitarie e nazionali, disciplinanti i prodotti oggetto della fornitura nonché le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio, e rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quei requisiti che venissero emanati nel corso della durata del contratto;
- Dichiarazione di impegno all'adeguamento al Regolamento sui Dispositivo Medico Diagnostici in Vitro IVDR (UE) 2017/746 entrata in vigore nel Maggio 2022 o eventuale dichiarazione per utilizzo RUO;
- Rispettare le prescrizioni su confezionamento ed imballaggio;
- Sistema nuovo di fabbrica e non ricondizionato;
- I sistemi motorizzati dovranno possedere tutti i dispositivi di sicurezza per evitare danni ai pazienti, agli operatori ed alle stesse attrezzature;
- I beni che sono dotati di parti elettriche dovranno rispondere alle specifiche norme di settore (IEC, CEI, ecc.).

MATERIALI DI CONSUMO	QUANTITÀ PER 36 MESI
Kit necessari per il sequenziamento	60 run
Kit compatibili per la preparazione delle librerie e analisi secondaria dei dati	384 campioni

Si chiede gli operatori economici interessati di caricare sul portale SINTEL entro le ore 14:00 del giorno 8/05/2023 nella sezione BUSTA UNICA QUANTO SEGUE:

1. Dichiarazione di interesse alla presentazione di un'offerta per l'affidamento della fornitura in oggetto;
2. Dati identificativi della società (ragione sociale, telefono, indirizzo e-mail, ecc.)
3. Scheda tecnica dell'apparecchiatura offerta

SI PRECISA CHE NELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI NON DOVRANNO ESSERE INDICATI IN NESSUN CASO PROPOSTE/OFFERTE DI CARATTERE ECONOMICO

NB:

Il portale chiede necessariamente di indicare un valore di carattere economico per completare la procedura, si prega, quindi nello - step - dedicato di inserire il valore di € 1,00 = al fine procedere. DETTO VALORE NON SARA' IN NESSUN CASO CONSIDERATO.

Si precisa altresì che eventuali valori relativi ai costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dell'operatore economico, costi del personale e costi della sicurezza da interferenza, **SE RICHIESTI DALLA PIATTAFORMA ALL'ATTO DEL CARICAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**, dovranno essere inseriti per un valore pari a € 0,00 =.

Si precisa che il presente avviso, non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per la Fondazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente consultazione.

Per ulteriori chiarimenti si prega di prendere contatti con: geom. Clara Milanese 0382-503382 cl.milanesi@smatteo.pv.it.

IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO - ECONOMATO)
Dr.ssa Olivia Piccinini

