



Fondazione IRCCS  
Policlinico San Matteo

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

S.C. GESTIONE ACQUISTI  
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)

Direttore  
Dr.ssa Olivia Piccinini

Tel. 0382 503983  
Fax 0382 503990

[o.piccinini@smatteo.pv.it](mailto:o.piccinini@smatteo.pv.it)

**AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - ART. 50 COMMA 2 - ALLEGATO II.1 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 PER L'ACQUISTO DI N.1 MICROSCOPIO OPERATORIO OCCORRENTE ALLA SC OCULISTICA DELLA FONDAZIONE**

Con riferimento a quanto in oggetto, i soggetti interessati a proporre un'eventuale offerta sono pregati di caricare sul portale SINTEL la seguente documentazione, entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 31/8/2023:

BUSTA UNICA:

**1. DICHIARAZIONE DI INTERESSE PER SUCCESSIVA PRESENTAZIONE DI OFFERTA PER N.1 MICROSCOPIO OPERATORIO PER OCULISTICA AVENTE I SEGUENTI REQUISITI MINIMI:**

- Caratteristiche dello stativo:
  - Stativo mobile a pavimento dotato di ruote girevoli a 360° e freni;
  - Stativo dotato di blocco dei bracci tramite blocchi regolabili elettromagnetici;
  - Basamento compatto per il minimo ingombro in sala operatoria;
  - Pedaliera wireless con funzioni programmabili;
- Caratteristiche del corpo ottico:
  - Corpo ottico con lenti apocromatiche;
  - Corpo ottico compatto, l'ottica deve garantire l'ottima luminosità e massima profondità di campo;
  - Distanza di lavoro compresa nel range di almeno 175-225mm;
  - Movimento XY del corpo ottico con range di almeno 50mm;
  - Dispositivo per la messa a fuoco motorizzato, con velocità di messa a fuoco programmabile e dipendente dal fattore di ingrandimento;
  - Variatore di ingrandimento zoom motorizzato;
  - Oculari grandangolari per portatori di occhiali 10x o 12.5x;
  - Dotato di dispositivo per secondo osservatore;
  - Tubi binoculari ad inclinazione variabile dotati di dispositivo per la regolazione della distanza interpupillare;
  - Illuminazione diretta del sistema;
  - Dotato di sistema di illuminazione che permetta di ottenere il riflesso rosso;
- Caratteristiche sistema video:
  - Dotato di monitor per la visualizzazione delle immagini di almeno 20";
  - Predisposizione per l'acquisizione di immagini e video;
  - Sistema di acquisizione e archiviazione delle immagini e dei video;
  - Capacità di salvataggio di immagini e video nei formati di compressione più diffusi;
  - Dotato

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico  
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180  
V.le Golgi 19 - 27100, PAVIA - Tel. 0382.5011

[www.sanmatteo.org](http://www.sanmatteo.org)

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA:

Page 1 of 1 Rev. 0 del 22/08/2010

- almeno di n.1 porta USB per acquisizione;
  - Capacità di archiviazione di almeno 500 Gb;
  - Interfaccia di connessione a rete secondo standard DICOM.
- Sistema nuovo di fabbrica e non ricondizionato, che rispetti tutti i requisiti tecnici minimi indicati, ovvero stabiliti da norme di prodotto, norme nazionali, CE, ecc., al momento della consegna, anche se emanate successivamente alla presentazione dell'offerta, con particolare riferimento alla codifica CND e al numero di repertorio dei dispositivi offerti, che deve essere sempre espressamente indicato. Conformità ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e tecniche, comunitarie e nazionali. Marcatura conforme al Regolamento UE 2017/745 (MDR) e s.m.i. o alle disposizioni transitorie previste dall'art. 120 del Regolamento UE 2017/745 (MDR). I sistemi motorizzati dovranno possedere tutti i dispositivi di sicurezza per evitare danni ai pazienti, agli operatori ed alle stesse attrezzature. I beni che sono dotati di parti elettriche dovranno rispondere alle specifiche norme di settore (IEC, CEI, ecc.).

**NB:**

**Nella documentazione di cui ai precedenti punti non devono essere inseriti elementi di natura economica il portale chiede necessariamente di indicare un valore di carattere economico per completare la procedura, si prega, quindi nello - step - dedicato di inserire il valore di € 1,00 = al fine procedere. DETTO VALORE NON SARA' IN NESSUN CASO CONSIDERATO.**

Si precisa altresì che eventuali valori relativi ai costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico, costi del personale e costi della sicurezza da interferenza, **SE RICHIESTI DALLA PIATTAFORMA ALL'ATTO DEL CARICAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**, dovranno essere inseriti per un valore pari a € 0,00 =.

**SI PRECISA CHE IL PRESENTE AVVISO, NON PRESUPPONE LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO O L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI E NON È IMPEGNATIVO PER LA FONDAZIONE LA QUALE SI RISERVA, IN OGNI CASO E IN QUALSIASI MOMENTO, IL DIRITTO DI SOSPENDERE, INTERROMPERE, MODIFICARE O CESSARE LA PRESENTE CONSULTAZIONE.**

Per ulteriori chiarimenti relativi alle attività oggetto del presente avviso, si prega di prendere contatti con: S.C. GESTIONE ACQUISTI (PROVVEDITORATO-ECONOMATO): [o.piccinini@smatteo.pv.it](mailto:o.piccinini@smatteo.pv.it), [s.figini@smatteo.pv.it](mailto:s.figini@smatteo.pv.it)

IL DIRETTORE  
DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI  
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)  
(Dr.ssa Olivia Piccinini)