



Fondazione IRCCS  
Policlinico San Matteo

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

S.C. GESTIONE ACQUISTI  
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)

Direttore  
Dr.ssa Olivia Piccinini

Tel. 0382 503983  
Fax 0382 503990

**AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - ART. 50 COMMA 2 - ALLEGATO II.1 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36**

**OGGETTO: ACQUISTO DI N.11 LAMPADE A FESSURA OCCORRENTI ALLA SC OCULISTICA DELLA FONDAZIONE**

Con riferimento a quanto in oggetto, i soggetti interessati a proporre un'eventuale offerta sono pregati di caricare sul portale SINTEL la seguente documentazione, **entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 6/9/2023.**

**BUSTA UNICA:**

- 1. DICHIARAZIONE DI INTERESSE PER SUCCESSIVA PRESENTAZIONE DI OFFERTA PER LAMPADE A FESSURA (distinte in 2 lotti) AVENTI LE CARATTERISTICHE DI SEGUITO INDICATE;**
- 2. Indicazione del contratto collettivo che sarà applicato al personale dipendente ed impiegato nell'appalto in caso di affidamento, ai sensi dell'art.11 D. Lgs. 31 marzo 2023 n.36**

**LOTTO 1: Fornitura di acquisto di N. 5 Lampade a fessura con possibilità di acquisizione immagini/video**

**REQUISITI MINIMI**

La tecnologia richiesta deve essere così composta e deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- Sistema per acquisizioni immagini/video tramite videocamera;
- Microscopio binoculare con filtro di sbarramento giallo;
- Presenza di almeno 5 ingrandimenti da 6x a 40x;
- Distanza inter-pupillare con range minimo: 55 mm - 75 mm;
- Presenza di filtro blu, filtro rosso e filtro verde;
- Sistema di illuminazione LED;
- Completo di ogni accessorio per il regolare utilizzo;
- Rispettare tutti i requisiti tecnici minimi indicati per ciascun prodotto ovvero stabiliti da norme di prodotto, norme nazionali, CE, ecc., al momento della consegna, anche se emanate successivamente alla presentazione dell'offerta, con particolare riferimento alla codifica CND e al numero di repertorio dei dispositivi offerti, che deve essere sempre espressamente indicato;

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico  
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180  
V.le Golgi 19 - 27100, PAVIA - Tel. 0382.5011

[www.sanmatteo.org](http://www.sanmatteo.org)

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA:

intod 5.2.1 Rev.4.d-12/2015/3010

- Conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e tecniche, comunitarie e nazionali, disciplinanti i prodotti oggetto della fornitura nonché le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio, e rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quei requisiti che venissero emanati nel corso della durata del contratto;
- Dotati di marcatura Conformi al Regolamento UE 2017/745 (MDR) e s.m.i. o alle disposizioni transitorie previste dall'art. 120 del Regolamento UE 2017/745 (MDR) ;
- Rispettare le prescrizioni su confezionamento ed imballaggio;
- Sistema nuovo di fabbrica e non ricondizionato;
- I sistemi motorizzati dovranno possedere tutti i dispositivi di sicurezza per evitare danni ai pazienti, agli operatori ed alle stesse attrezzature;
- I beni che sono dotati di parti elettriche dovranno rispondere alle specifiche norme di settore (IEC, CEI, ecc.).

## **LOTTO 2: Fornitura di acquisto di N. 6 Lampade a fessura con predisposizione video**

### **REQUISITI MINIMI**

La tecnologia richiesta deve essere così composta e deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- Predisposizione video;
- Microscopio binoculare con filtro di sbarramento giallo;
- Presenza di almeno 5 ingrandimenti da 6x a 40x;
- Distanza inter-pupillare con range minimo: 55 mm - 75 mm;
- Presenza di filtro blu, filtro rosso e filtro verde;
- Sistema di illuminazione LED;
- Completo di ogni accessorio per il regolare utilizzo;
- Rispettare tutti i requisiti tecnici minimi indicati per ciascun prodotto ovvero stabiliti da norme di prodotto, norme nazionali, CE, ecc., al momento della consegna, anche se emanate successivamente alla presentazione dell'offerta, con particolare riferimento alla codifica CND e al numero di repertorio dei dispositivi offerti, che deve essere sempre espressamente indicato;
- Conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e tecniche, comunitarie e nazionali, disciplinanti i prodotti oggetto della fornitura nonché le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio, e rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quei requisiti che venissero emanati nel corso della durata del contratto;
- Dotati di marcatura Conformi al Regolamento UE 2017/745 (MDR) e s.m.i. o alle disposizioni transitorie previste dall'art. 120 del Regolamento UE 2017/745 (MDR) ;
- Rispettare le prescrizioni su confezionamento ed imballaggio;

- Sistema nuovo di fabbrica e non ricondizionato;
- I sistemi motorizzati dovranno possedere tutti i dispositivi di sicurezza per evitare danni ai pazienti, agli operatori ed alle stesse attrezzature;
- I beni che sono dotati di parti elettriche dovranno rispondere alle specifiche norme di settore (IEC, CEI, ecc.).

**NB:**

**Nella documentazione di cui ai precedenti punti non devono essere inseriti elementi di natura economica il portale chiede necessariamente di indicare un valore di carattere economico per completare la procedura, si prega, quindi, nello step dedicato, di inserire il valore di € 1,00 = al fine procedere. DETTO VALORE NON SARA' IN NESSUN CASO CONSIDERATO.**

Si precisa altresì che eventuali valori relativi ai costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico, costi del personale e costi della sicurezza da interferenza, **SE RICHIESTI DALLA PIATTAFORMA ALL'ATTO DEL CARICAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**, dovranno essere inseriti per un valore pari a € 0,00 =.

**SI PRECISA CHE IL PRESENTE AVVISO, NON PRESUPPONE LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO O L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI E NON È IMPEGNATIVO PER LA FONDAZIONE LA QUALE SI RISERVA, IN OGNI CASO E IN QUALSIASI MOMENTO, IL DIRITTO DI SOSPENDERE, INTERROMPERE, MODIFICARE O CESSARE LA PRESENTE CONSULTAZIONE.**

Per ulteriori chiarimenti relativi alle attività oggetto del presente avviso, si prega di prendere contatti con: S.C. GESTIONE ACQUISTI (PROVVEDITORATO-ECONOMATO): [o.piccinini@smatteo.pv.it](mailto:o.piccinini@smatteo.pv.it); [c.chierigato@smatteo.pv.it](mailto:c.chierigato@smatteo.pv.it)

IL DIRETTORE  
DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI  
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)  
(Dr.ssa Olivia Piccinini)