

**AVVISO – ART. 50 COMMA 2 – ALLEGATO II.1 – D.LGS. 31 MARZO 2023, RELATIVO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI N. 1 COLONNA ENDOSCOPICA OCCORRENTE ALLA S.C. CHIRURGIA GENERALE 1 OCCORRENTE ALLA S.C. CHIRURGIA DELLA FONDAZIONE.**

Con riferimento alla richiesta in oggetto, relativa alla fornitura di n. 1 colonna endoscopica occorrente alla S.C. di Chirurgia Generale 1 con le seguenti caratteristiche:

- N. 1 carrello mobile su 4 ruote piroettanti antistatiche, di cui almeno 2 bloccabili, antiribaltamento, dotato di almeno 4 ripiani per l'alloggiamento di tutti i moduli del sistema e relativi cavi, dotato di braccio articolato per l'alloggiamento e l'orientamento del monitor e dotato di prese elettriche protette e trasformatore di isolamento integrato
- N. 1 insufflatore provvisto di cavo di connessione per impianto centralizzato, circuito di riscaldamento e filtro, con range di flusso regolabile con portata minima pari a 40/50 litri/minuto
- N. 2 monitor 4K, di dimensioni non inferiori a 31/32", con schermi a colori, elevata nitidezza, contrasto e luminosità di cui:
  - N. 1 monitor montato su colonna principale
  - N. 1 monitor di rimando con carrello porta monitor
- Sistema di acquisizione delle immagini in 4K, completo di telecamera con centralina telecamera 4K, testina telecamera 4K sterilizzabile
- Funzione ICG integrata nel sistema di acquisizione di cui sopra o sistema aggiuntivo di acquisizione che permetta di effettuare visione NIR/ICG, completo di telecamera con centralina e testina telecamera sterilizzabile
- Numero di fonti di luce adeguato a garantire sia 4K sia ICG
- Sistema di registrazione in 4K per registrazione durante l'intervento
- N. 4 cavi luce a fibre ottiche dedicati a luce bianca e ICG, sterilizzabili
- N. 8 ottiche rigide, senza distorsione dell'immagine, di cui:
  - N. 4 ottiche dedicate, a visione obliqua 30°, con diametro 5mm, sterilizzabili
  - N. 4 ottiche dedicate, a visione obliqua 30°, con diametro 10 mm, sterilizzabili
- Sistema nuovo di fabbrica e non ricondizionato
- Sistema conforme alla normativa in vigore sui dispositivi medici e alle norme tecniche di settore
- Dotati di marcatura conformi al Regolamento UE 2017/745 (MDR) e s.m.i. o alle disposizioni transitorie previste dall'art. 120 del Regolamento UE 2017/745 (MDR);

**REQUISITI PREFERENZIALI:**

- Sistemi di visione 3D

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA:

I soggetti interessati dovranno caricare sul portale SINTEL entro le ore 16:00 del giorno 10/11/2023 nella sezione BUSTA UNICA quanto segue:

1. dichiarazione di interesse alla presentazione di una offerta per l'affidamento della fornitura in oggetto;
2. contratto collettivo che sarà applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto, in caso di affidamento, ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.


**NB:**

**Il portale chiede necessariamente di indicare un valore di carattere economico per completare la procedura, si prega, quindi nello - step - dedicato di inserire il valore di € 1,00 = al fine procedere. DETTO VALORE NON SARA' IN NESSUN CASO CONSIDERATO.**

Si precisa altresì che eventuali valori relativi ai costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dell'operatore economico, costi del personale e costi della sicurezza da interferenza, **SE RICHIESTI DALLA PIATTAFORMA ALL'ATTO DEL CARICAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**, dovranno essere inseriti per un valore pari a € 0,00 =.

**SI PRECISA CHE IL PRESENTE AVVISO, NON PRESUPPONE LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO O L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI E NON È IMPEGNATIVO PER LA FONDAZIONE LA QUALE SI RISERVA, IN OGNI CASO E IN QUALSIASI MOMENTO, IL DIRITTO DI SOSPENDERE, INTERROMPERE, MODIFICARE O CESSARE LA PRESENTE CONSULTAZIONE.**

Per ulteriori chiarimenti si prega di prendere contatti con: Lorenzo Gorini 0382-503385 [l.gorini@smatteo.pv.it](mailto:l.gorini@smatteo.pv.it)

IL DIRETTORE  
DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI (PROVVEDITORATO – ECONOMATO)  
(Dr.ssa  Piccinini)