

AVVISO – ART. 50 COMMA 2 – ALLEGATO II.1 – D.LGS. 31 MARZO 2023, RELATIVO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI CISTOSCOPI MONOUSO CORREDATI DA DISPLAY PORTATILI MEDICALI OCCORRENTI ALLA S.C. UROLOGIA DELLA FONDAZIONE.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, relativa alla fornitura di cistoscopi monouso corredati da display portatili medicali per un numero di circa 250/anno aventi i seguenti requisiti:

REQUISITI MINIMI CISTOSCOPI

- Monouso,
- Illuminazione LED,
- Kit necessari per il corretto e sicuro funzionamento,
- Accessori eventuali per il collegamento ai display portatili,
- Rispettare tutti i requisiti tecnici minimi indicati per ciascun prodotto ovvero stabiliti da norme di prodotto, norme nazionali, CE, ecc., al momento della consegna, anche se emanate, successivamente alla presentazione dell'offerta, con particolare riferimento alla codifica CND e al numero di repertorio dei dispositivi offerti, che deve essere sempre espressamente indicato,
- Conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e tecniche, comunitarie e nazionali, disciplinanti i prodotti oggetto della fornitura nonché le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio, e rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quei requisiti che venissero emanati nel corso della durata del contratto,
- Dotati di marcatura CE conforme al Regolamento UE 2017/745 (MDR) e s.m.i. o alle disposizioni transitorie previste dall'art. 120 del Regolamento UE 2017/745 (MDR).

REQUISITI MINIMI MONITOR

La tecnologia richiesta deve essere così composta e deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- Monitor medicale, corredato da dichiarazione di conformità (e certificazione di conformità se del caso),
- Monitor touch-screen a colori full HD, da almeno 7",
- Acquisire immagini e video,
- Memoria interna quanto più ampia possibile,
- Modalità semplici ed intuitive per l'esportazione dei dati e delle immagini (USB, etc.),
- Possibilità di collegamento a stampanti medicali,
- Batteria con autonomia superiore a 1 ora,
- Rispettare tutti i requisiti tecnici minimi indicati per ciascun prodotto ovvero stabiliti da norme di prodotto, norme nazionali, CE, ecc., al momento della consegna, anche se emanate,

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA:

- successivamente alla presentazione dell'offerta, con particolare riferimento alla codifica CND e al numero di repertorio dei dispositivi offerti, che deve essere sempre espressamente indicato,
- Conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e tecniche, comunitarie e nazionali, disciplinanti i prodotti oggetto della fornitura nonché le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio, e rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quei requisiti che venissero emanati nel corso della durata del contratto,
 - Dotati di marcatura CE conforme al Regolamento UE 2017/745 (MDR) e s.m.i. o alle disposizioni transitorie previste dall'art. 120 del Regolamento UE 2017/745 (MDR).

REQUISITI PREFERENZIALI MONITOR

- Peso e dimensioni ridotti,
- Facilità di utilizzo e nel trasporto,
- DICOM/PACS (WIFI o Vlan),
- Rotazione immagine di 180°,
- Possibilità di zoom immagine,
- Possibilità di esportare la worklist,
- Possibilità di collegamento con monitor esterni (HDMI).

I soggetti interessati dovranno caricare sul portale SINTEL entro le ore 16:00 del giorno 4/04/2024 nella sezione BUSTA UNICA quanto segue:

1. dichiarazione di interesse alla presentazione di una offerta per l'affidamento della fornitura in oggetto;
2. contratto collettivo che sarà applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto, in caso di affidamento, ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
3. schede tecniche del materiale oggetto del presente avviso.

NB:

Il portale chiede necessariamente di indicare un valore di carattere economico per completare la procedura, si prega, quindi nello - step - dedicato di inserire il valore di € 1,00 = al fine procedere. DETTO VALORE NON SARA' IN NESSUN CASO CONSIDERATO.

Si precisa altresì che eventuali valori relativi ai costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico, costi del personale e costi della sicurezza da interferenza, **SE RICHIESTI DALLA PIATTAFORMA ALL'ATTO DEL CARICAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**, dovranno essere inseriti per un valore pari a € 0,00 =.

SI PRECISA CHE IL PRESENTE AVVISO, NON PRESUPPONE LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO O L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI E NON È IMPEGNATIVO PER LA FONDAZIONE LA QUALE SI RISERVA, IN OGNI CASO E IN QUALSIASI MOMENTO, IL DIRITTO DI SOSPENDERE, INTERROMPERE, MODIFICARE O CESSARE LA PRESENTE CONSULTAZIONE.

Per ulteriori chiarimenti si prega di prendere contatti con: Lorenzo Gorini 0382-503385
l.gorini@smatteo.pv.it

IL DIRETTORE
DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI (PROVVEDITORATO – ECONOMATO)
(Dr.ssa Olivia Piccinini)

