



- Risoluzione di massa  $\geq 1.000$  in modalità trappola ionica lineare;
- Sensibilità in modalità MRM, ionizzazione ESI positiva, iniettando on-column 1pg di Reserpina il rapporto segnale/rumore dovrà essere maggiore di 1.500.000/1;
- Sensibilità in modalità MRM, ionizzazione ESI negativa, iniettando on-column 1pg di Cloramfenicolo il rapporto segnale/rumore dovrà essere maggiore di 1.500.000/1;
- Velocità di scansione di massa 12.000 Da/s in modalità triplo quadrupolo, 20.000 Da/s in modalità trappola ionica lineare;
- Dwell time MRM riducibile fino a 1ms;
- Possibilità di alternanza ionizzazione positiva/negativa nello stesso esperimento (switching time 5ms);
- Possibilità di infusione diretta di calibranti e composti di riferimento;
- Range dinamico lineare: 6 ordini di grandezza;
- Sistema utilizzabile sia HPLC che per UHPLC, con pompa binaria compatibile con elevata pressione e con colonne con dimensione delle particelle variabile anche inferiore a 2 micron;
- Possibilità di flusso isocratico e a gradiente;
- Range di flusso utilizzabile 5  $\mu\text{L}/\text{min}$  – 5mL/min;
- Sistema di termostazione-riscaldamento colonne;
- Autocampionatore con possibilità di ospitare vials da 1.5mL o piastre Multiwell/Deepwell in ambiente termostato 4°C – 45°C.

Pertanto, con riferimento a quanto sopra specificato, gli operatori economici interessati a una futura procedura di gara, sono pregati di caricare sul portale SINTEL **entro le ore 14:00 del giorno 17/04/2024**, la seguente documentazione:

- Dichiarazione di interesse, su carta intestata, alla presentazione di un'offerta per l'affidamento della fornitura in oggetto di cui alle caratteristiche minime indicate;
- Allegare la documentazione tecnica relativa alla tecnologia offerta
- Indicazione del "contratto collettivo che sarà applicato al personale dipendente ed impiegato nell'appalto in caso di affidamento, ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36".

NB:

Il portale chiede necessariamente di indicare un valore di carattere economico per completare la procedura, si prega, quindi nello - step - dedicato di inserire il valore di € 1,00 = al fine procedere. **DETTO VALORE NON SARA' IN NESSUN CASO CONSIDERATO.**

Si precisa altresì che eventuali valori relativi ai costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dell'operatore economico, costi del personale e costi della sicurezza da interferenza, **SE RICHIESTI DALLA PIATTAFORMA ALL'ATTO DEL CARICAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,** dovranno essere inseriti per un valore pari a € 0,00 =.

**Si precisa che il presente avviso, non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per la Fondazione la quale si riserva,**

**in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente consultazione.**

La Fondazione I.R.C.C.S. provvederà al fabbisogno mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex art. 76 D.Lgs. 36/2023, laddove il mercato interpellato non offra soluzioni alternative.

Per ulteriori chiarimenti si prega di prendere contatti con: geom. Clara Milanesi 0382-503382 [cl.milanesi@smatteo.pv.it](mailto:cl.milanesi@smatteo.pv.it).

IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI  
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)  
Dr.ssa Olivia Piccinini

