



**S.C. GESTIONE E
ACQUISIZIONE RISORSE E
LOGISTICA**

Padiglione n. 31
Pediatria

DIRETTORE

Dr. Maurizio Pancioli
mpancioli@smatteo.pv.it
Tel. 0382 503380

SEGRETERIA

Tel. 0382 503381
Fax 0382 503990

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI:

Sig.ra Antonella Mallamace
Tel. 0382 503703

P-20110012110

GARA N. 2130616

**COD. CIG.: lotto 1 cod. cig. 20588210d6,
lotto 2 cod. cig. 2059202b3c,
lotto 3 cod. cig. 2059431837,
lotto 4 cod. cig. 2059668bca,
lotto 5 cod. cig. 2059797640,
lotto 6 cod. cig. 2060093a83.)**

Oggetto: chiarimenti procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di materiale di consumo per osteosintesi occorrente alla fondazione per 48 mesi.

DOMANDE:

1. PER RISALIRE ALLA BASE D'ASTA DI OGNI SINGOLO IMPIANTO TIPO PROPOSTO, E' CORRETTO DIVIDERE IL VALORE PRESUNTO DEL LOTTO PER LA DURATA E LA QUANTITA' DI IMPIANTI?

ESEMPIO:

valore lotto n. 4 € 300.000,00

€ 300.000,00 : 4 anni = € 75.000,00

€ 75.000,00 : 50 impianti presunti annui = € 1.500,00 per ogni impianto tipo specificato nel lotto.

2. NELLA FASE DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (PUNTO E DEL DISCIPLINARE) I CERTIFICATI NON DEVONO ESSERE PRESENTATI?

3. IL VALORE PRESUNTO CHE AVETE INDICATO PER OGNI LOTTO E' DA CONSIDERARSI COME BASE D'ASTA DA NON SUPERARE OPPURE E' POSSIBILE ANCHE PRODURRE OFFERTE CON IMPORTO SUPERIORE?

4. NELLA COMPOSIZIONE DEL LOTTO 3 SECONDO NOI E' STATO COMMESSO UN ERRORE. LA COMPOSIZIONE TIPO DOVREBBE PREVEDERE SOLTANTO 1 VITE CEFALICA (O IN ALTERNATIVA 1 LAMA) E NON 2 COME DA VOI INDICATO E

Nella dichiarazione dei redditi dona il tuo 5 x mille al San Matteo. Non costa nulla.

Nel riquadro "Finanziamento della ricerca sanitaria" inserisci il codice fiscale **00303490189** e firma.

La ricerca serve. A tutti.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dr. Maurizio Pancioli

REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA:



FONDAZIONE

IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 5011

PER LA VITE DISTALE DOVRESTE DECIDERE SE INSERIRNE 1 O 2 IN QUANTO IN BASE ALLE QUANTITA' INSERITE NELLA COMPOSIZIONE TIPO SI FORMULERÀ POI IL COSTO DELL'IMPIANTO.

5. "IL CONTRATTO IN CONTO DEPOSITO" (ALLEGATO B) DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE ED INSERITO NELLA BUSTA A COME RIPORTATO NELL'ART. 7 DEL CAPITOLATO?
6. IL CONTRATTO IN CONTO DEPOSITO IN QUESTA FASE DEVE ESSERE SOLO SOTTOSCRITTO E NON COMPILATO?
7. IN RIFERIMENTO AL LOTTO N. 5: L'IMPIANTO TIPO DEVE ESSERE CONFIGURATO COME METODICA CLASSICA CON VITI IN COMPRESSIONE (SOLO VITI DA CORTICALE) OPPURE CON CONCETTO DI FISSAZIONE INTERNA (SOLO VITI A STABILITA' ANGOLARE)?
8. IN RIFERIMENTO ALLA "DOCUMENTAZIONE TECNICA" ART. 3 DEL DISCIPLINARE: SUL SUPPORTO INFORMATICO CHE COSA DEVE ESSERE MESSO DI PRECISO? SOLTANTO LE SCHEDE TECNICHE, DEPLIANT E BIBLIOGRAFIA OPPURE ANCHE IL CATALOGO E TUTTE LE ALTRE DICHIARAZIONI RICHIESTE?
9. NEL DISCIPLINARE, A PAG. 4 DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, E' RICHIESTO UN FATTURATO COMPLESSIVO IN 3 ANNI DI ALMENO € 5.000.000,00 + IVA. LA NOSTRA DITTA VORREBBE PARTECIPARE ALLA GARA, MA SOLO PER I PRODOTTI COMPRESI NEL LOTTO 6, E' NECESSARIO COMUNQUE POSSEDERE € 5.000.000,00 DI FATTURATO O LA CIFRA SI RIDUCE IN PROPORZIONE?
10. IL POSSESSO DEL CERTIFICATO UNI EN ISO 9000 (O SIMILARE) E' RICHIESTO A PENA DI ESCLUSIONE?
11. ART. 3 (DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL DISCIPLINARE: CHE DOCUMENTAZIONE SI INTENDE PER "COPIA DELLE REGISTRAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE" E "COPIA REGISTRAZIONI O CERTIFICAZIONI ESTERNE"?
12. IN RIFERIMENTO AL LOTTO 4: NELLE CARATTERISTICHE TECNICHE IMPRESCINDIBILI, PAG 13 DEL DISCIPLINARE DI GARA, SI ASSEGNANO 10 PUNTI AL " RICONDIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI UTILIZZATI AL FINE DEL RIUTILIZZO" E A PAG 12 DEL CAPITOLATO, NELLA DESCRIZIONE DEI LOTTI, SI INDICA " CON IMPEGNO DELLA DITTA FORNITRICE AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI INIZIALI".
 - COSA SI INTENDE PER RICONDIZIONAMENTO? IL COSTO DEL RIPRISTINO E' A CARICO DELL' AZIENDA?
 - COSA SI INTENDE PER "FORNITURA NUOVE FICHES" PER GLI IMPIANTI RIUTILIZZATI, CHE VANNO FORNITE IN SCONTO IN MERCE TUTTE LE FICHES CHE SERVISSERO PER EVENTUALI SUCCESSIVI IMPIANTI?
13. IN RIFERIMENTO AL LOTTO 5:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dr. Maurizio Panciroli

REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA:



FONDAZIONE

IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 5011

- NELLE CARATTERISTICHE IMPRESCINDIBILI SI INDICA LA POSSIBILITA' DI APPLICARE VITI TRADIZIONALI NELLE PLACCHE: L' IMPIANTO TIPO E' DA COSTRUIRE CON VITI TRADIZIONALI O CON VITI A STABILITA' ANGOLARE O A NOSTRA SCELTA?
- B) SE CI SONO PLACCHE DIVERSE CON PREZZI DIVERSI PER UN' INDICAZIONE CHIRURGICA (ES FEMORE DIAFISARIO ACUTO), PER LA COMPOSIZIONE DELL'IMPIANTO TIPO VA BENE QUOTARNE UNA A NOSTRA SCELTA?
- C) NELLA DESCRIZIONE DEI LOTTI SI INDICANO " 20 PLACCHE CON CERCHIAGGIO DEDICATO A COMPRESSIONE PROGRESSIVA.... " MA LE STESSE NON SONO RICHIESTE NEL FACSIMILE DI OFFERTA ECONOMICA. VANNO COMUNQUE QUOTATE MA FUORI DAL LOTTO?
- D) IL NUMERO DI IMPIANTI PRESUNTO DEL LOTTO 5 ALLE PAGINE 25 E 26 DEL FACSIMILE DI OFFERTA E' DI 434 IMPIANTI, MENTRE IL TOTALE CHE SI EVINCE DA PAG 12 DEL CAPITOLATO NELLE DESCRIZIONI DEI LOTTI E' DI 590. CONSIDERIAMO LE QUANTITA' DEL FACSIMILE DI OFFERTA ?

14. IN RIFERIMENTO AL LOTTO 6:

- 1) NEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE, PAG 13 DEL DISCIPLINARE, VENGONO ASSEGNATI 7 PUNTI AL " RINNOVO SISTEMATICO DEI FILI GUIDA": SIGNIFICA CHE L'AZIENDA DEVE IMPEGNARSI A SOSTITUIRLI GRATUITAMENTE QUANDO USURATI, VISTO CHE E' IMPOSSIBILE RIGENERARE UN FILO GUIDA?

RISPOSTE:

1. SI;
2. L'ELENCO DELLE PRINCIPALI FORNITURE IN QUESTA FASE PUO' ESSERE AUTOCERTIFICATO, ALLEGANDO COPIA SEMPLICE DEI CERTIFICATI. IN SEDE DI VERIFICA DEI REQUISITI LA FONDAZIONE RICHIEDERA' LA DOCUMENTAZIONE IN ORIGINALE O IN COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
3. TRATTASI DI VALORE PRESUNTO QUINDI POSSONO PRODURRE OFFERTE CON IMPORTO SUPERIORE.
4. L'IMPIANTO TIPO RIFERITO AL LOTTO 3 (OSTEOSINTESI FEMORE PROSSIMALE FRATTURE TIPO 31 A2-A3) E' COSI' COMPOSTO: 1 CHIODO IN TITANIO O ACCIAIO + 1 VITE CEFALICA O 1 VITE LAMA CEFALICA + 1 O 2 VITI DISTALI (PER LE VITI DISTALI SI INDICHI L'IMPORTO UNITARIO.
5. SI.
6. SI, SOLO SOTTOSCRITTO.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dr. Maurizio Panciroli

REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA:



FONDAZIONE

IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 5011

7. L'IMPIANTO TIPO DEVE ESSERE CONFIGURATO CON CONCETTO DI FISSAZIONE INTERNA, LE DITTE DEVONO OFFRIRE IMPIANTO CON VITI A STABILITA' ANGOLARE DIRETTA O INTERPOSTA.
8. TUTTA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA ELENcata NELL'ART. 3 (PUNTI 1, 2, 3, 4, 5, 6) DEL DISCIPLINARE DOVRA' ESSERE PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE SU SUPPORTO INFORMATICO (CD/DVD O PERIFERICA USB) IN DUPLICE COPIA. EVENTUALE LETTERATURA O BIBLIOGRAFIA, O ALTRA DOCUMENTAZIONE PER LA QUALE RISULTA IMPOSSIBILE ESEGUIRE UN SALVATAGGIO SU SUPPORTO INFORMATICO A CAUSA DEL VOLUME DEL DOCUMENTO STESSO DOVRA' ESSERE ELENcata DAL CONCORRENTE COME DISPONIBILE PER LA CONSULTAZIONE, SU RICHIESTA DELLA COMMISSIONE.
9. IL FATTURATO NEL TRIENNIO 2008/2009/2010 DI ALMENO € 5.000.000,00 + IVA E' RELATIVO AL SOLO LOTTO 5, PER TUTTI GLI ALTRI LOTTI NON SONO PREVISTI LIMITI DI FATTURATO.
10. NO.
11. IL FABBRICANTE O IL RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO (QUALORA IL FABBRICANTE NON ABBA SEDE IN UNO STATO MEMBRO) DI DISPOSITIVI MEDICI DEVE REGISTRARSI PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE, PERTANTO SI RICHIEDE LA COPIA DI TALE REGISTRAZIONE (SE PREVISTA). - LO STESSO VALE PER LE CERTIFICAZIONE O REGISTRAZIONI ESTERNE.
12. IN RIFERIMENTO AL LOTTO 4:
 - 1) PER RIPRISTINO SI INTENDE LA REVISIONE DELL'EFFICIENZA DELL'IMPIANTO (CORPO DEL FISSATORE) A CARICO DELLA FONDAZIONE, SI' DA POTERLO UTILIZZARE NUOVAMENTE. OVVIAMENTE, LE FICHES SARANNO SOSTITUITE ED ACQUISTATE OGNI VOLTA. LA DITTA SI IMPEGNA, AD OGNI IMPIANTO UTILIZZATO, A REINTEGRARE LE FICHES MANCANTI DAL CONTO DEPOSITO IN S.O.
13. IN RIFERIMENTO AL LOTTO 5:
 - 1) DIVERSE PLACCHE PER STESSA INDICAZIONE: DICA LA DITTA QUALE IMPIANTO RITIENE PIU' OPPORTUNO VALUTANDO IL RAPPORTO COSTO/BENEFICIO.
 - 2) LE PLACCHE PERIPTOESICHE DEVONO ESSERE COMPRESI NELL'OFFERTA, IN SOSTANZA PLACCHE CHE PREVEDANO L'UTILIZZO DI CERCHIAGGI
 - 3) RIGUARDO IL NUMERO PRESUNTO DI IMPIANTI LA DISCREPANZA SI RIFERISCE ALLA PRESENZA DI VITI CANNULATE CHE VANNO CONSIDERATE NEL LOTTO 6 (SI VEDA ERRATA CORRIGE PUNTO C).
14. IN RIFERIMENTO AL LOTTO 6:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dr. Maurizio Pancioli

REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA:



FONDAZIONE
IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 5011

PER RINNOVO SISTEMATICO SI INTENDE CHE LA DITTA SI IMPEGNA ALLA VERIFICA DELL'USURA DEI FILI ED EVENTUALMENTE LI SOSTITUISCE A CARICO DELLA FONDAZIONE IN MODO CHE LA STESSA NON NE RIMANGA SPROVVISTA.

ERRATA CORRIGE:

- A) NEL DISCIPLINARE A PAG 6 NEL PARAGRAFO **"IN CASO DI RTI/CONSORZI (COSTITUITI O COSTITUENDI)** I DOCUMENTI SOPRA ELENCATI DOVRANNO ESSERE PRESENTATI DA OGNI IMPRESA FACENTE PARTE DEL RTI/CONSORZIO, **PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA**, AD ESCLUSIONE DI QUELLI ELENCATI AI **PUNTI G, H, I, J, N, Q**, CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI SOLTANTO DALLA CAPOGRUPPO.
- B) LOTTO 4
NEL CAPITOLATO A PAG. 12 NELLE CARATTERISTICHE RICHIESTE SOSTITUIRE IL 4° PUNTO CON:
L'IMPIANTO DI FISSAZIONE DEVE CONSENTIRE AGGIUSTAMENTI MULTI-DIREZIONALI, MODULARI, SINGOLARI, COMPLESSIVI SU TUTTI I PIANI, **EVENTUALMENTE ANCHE** IN MODO MICROMETRICO E CON POSSIBILITA' DI DINAMIZZAZIONE DELLE FRATTURE.
- C) LOTTO 5
NEL CAPITOLATO A PAG. 12 NELLA DESCRIZIONE DEL LOTTO 5 NUMERO IMPIANTI PREVISTI PER UN ANNO **NON SONO DA CONSIDERARE** LE 150 VITI CANNULATE PER TUTTI I DISTRETTI PERCHE' SONO GIA' STATE INCLUSE NEL LOTTO 6, PERTANTO NEL LOTTO 5 IL NUMERO IMPIANTI PREVISTI PER UN ANNO E' DI N. 434 E PER IL LOTTO 6 IL NUMERO DEGLI IMPIANTI PREVISTI PER UN ANNO E' DI N.430 COME RIPORTATO NEL FAC SIMILE DI OFFERTA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DELLA S.C. GESTIONE E ACQUISIZIONE
RISORSE E LOGISTICA
(Dr. Maurizio Panciroli)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dr. Maurizio Panciroli

REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA: