



AVVISO - ART. 50 COMMA 2 – Allegato II.1 - D.LGS. n. 36/2023 PER FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 1 CENTRIFUGA REFRIGERATA DA PAVIMENTO AD ELEVATE PRESTAZIONI OCCORRENTE ALLA SC MEDICINA GENERALE 2 – CENTRO AMILOIDOSI SISTEMICHE E MALATTIE AD ALTA COMPLESSITA' DELLA FONDAZIONE IRCCS.

Con riferimento a quanto in oggetto, è intenzione della Fondazione procedere alla richiesta di offerta per l'acquisto di n. 1 centrifuga da pavimento ad elevate prestazioni con le caratteristiche indicate:

REQUISITI MINIMI

La tecnologia richiesta deve essere così composta e deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- Dispositivo refrigerato;
- Velocità massima di circa 30.000 rpm;
- Forza centrifuga massima superiore a 100.000 x g;
- Display con cui controllare e impostare i parametri;
- Due rotori aventi le seguenti caratteristiche:
 - N. 1 rotore ad angolo fisso con numero 6 alloggiamenti per tubi da 500 mL, che possa raggiungere non meno di 12.000 rpm.
 - N. 1 rotore ad angolo fisso in titanio con 8 alloggiamenti per tubi da 50 ml, il quale riesca a raggiungere i 30.000 rpm e mantenga a tale velocità una temperatura minore di circa 4 °C.
- Per ciascuno dei due rotori deve essere disponibile un ampio numero di adattatori;
- Possibilità di regolare la velocità;
- Mantenimento efficace del raffreddamento anche ad elevate velocità;
- Non deve richiedere fissaggio al pavimento;
- Presenza di un sistema di allarme in caso di sbilanciamento del rotore;
- Conformità alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
- Rispetto di tutti i requisiti tecnici minimi indicati per ciascun prodotto ovvero stabiliti da norme di prodotto, norme nazionali, CE, ecc., al momento della consegna, anche se emanate successivamente alla presentazione dell'offerta, con particolare riferimento alla codifica CND e al numero di repertorio dei dispositivi offerti, che devono essere sempre espressamente indicati;
- Conformità ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e tecniche, comunitarie e nazionali, disciplinanti i prodotti oggetto della fornitura nonché le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio, e

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA:

rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quei requisiti che venissero emanati nel corso della durata del contratto;

- Dotati di marcatura, Conformità al Regolamento UE 2017/746 (IVDR) o alle disposizioni transitorie previste dall'art.110;
- Rispetto prescrizioni su confezionamento ed imballaggio.
- Sistema nuovo di fabbrica e non ricondizionato;
- I sistemi motorizzati dovranno possedere tutti i dispositivi di sicurezza per evitare danni ai pazienti, agli operatori ed alle stesse attrezzature;
- I beni che sono dotati di parti elettriche dovranno rispondere alle specifiche norme di settore (IEC, CEI, ecc.).

Si chiede gli operatori economici interessati di caricare sul portale SINTEL entro le ore 16:00 del giorno 4/11/2024 nella sezione BUSTA UNICA QUANTO SEGUE:

1. Dichiarazione di interesse, su carta intestata, alla presentazione di un'offerta per l'affidamento della fornitura in oggetto di cui alle caratteristiche minime indicate;
2. Allegare la documentazione tecnica relativa alla tecnologia offerta
3. Indicazione del "contratto collettivo che sarà applicato al personale dipendente ed impiegato nell'appalto in caso di affidamento, ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36".

SI PRECISA CHE NELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI NON DOVRANNO ESSERE INDICATI IN NESSUN CASO PROPOSTE/OFFERTE DI CARATTERE ECONOMICO


NB:

Il portale chiede necessariamente di indicare un valore di carattere economico per completare la procedura, si prega, quindi nello - step - dedicato di inserire il valore di € 1,00 = al fine procedere. DETTO VALORE NON SARA' IN NESSUN CASO CONSIDERATO.

Si precisa altresì che eventuali valori relativi ai costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dell'operatore economico, costi del personale e costi della sicurezza da interferenza, **SE RICHIESTI DALLA PIATTAFORMA ALL'ATTO DEL CARICAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,** dovranno essere inseriti per un valore pari a € 0,00 =.

Si precisa che il presente avviso, non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per la Fondazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente consultazione.

Per ulteriori chiarimenti si prega di prendere contatti con: geom. Clara Milanese 0382-503382 cl.milanesi@smatteo.pv.it.


IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO – ECONOMATO)
Dr.ssa Olivia Piccinini