

**AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ART. 50 COMMA 2 - ALLEGATO II.1 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, n.36**

**OGGETTO: Fornitura in noleggio della durata di n. 36 mesi di N.1 ecotomografo carrellato con relative sonde occorrente alla SC Cardiologia della Fondazione IRCCS.**

Con riferimento a quanto in oggetto, è intenzione della Fondazione procedere alla richiesta di offerta per l'acquisto in noleggio, della durata di 36 mesi, di n. 1 ecotomografo carrellato con relative sonde, con le caratteristiche indicate:

**REQUISITI MINIMI TECNICI**

La tecnologia deve essere così composta e soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- Ecografo portatile ad alte prestazioni Philips modello 5500 completo di carrello dotato di cassette portaaccessori e porta stampante;
- Monitor da 15.6", full HD con tecnologia LED;
- Algoritmo per la riduzione dei rumori e degli artefatti, per il miglioramento dei dettagli tissutali in real time e per l'altissima sensibilità per flussi veloci e lenti, visualizzazione avanzata della perfusione di flussi lenti nei vasi di piccolo calibro, speckle tracking, selezioni ottimizzate in base al paziente, tecnologia di pulse coding, pulse shaping e compound di frequenze, elaborazione immagini in tempo reale, in modalità freeze e post esame.
- Modulo software integrato TomTec Autostrain Lv e pacchetto POC;
- Stampante bianconero, termica, USB, integrata nel carrello e comandata direttamente dall'ecografo;
- Dispositivo dotato di batteria al Litio-Cobalto ricaricabile;

Tipologia di trasduttori:

- Trasduttore lineare con gamma di frequenza operativa estesa da 12 a 4 MHz per vascolari;
- Trasduttore settoriale phased array a banda ultra larga in trasmissione e ricezione ad altissima risoluzione.  
Modalità di presentazione: 2D, M-Mode, Doppler Pulsato, Color Doppler, Tissue Doppler, Color Power Angio, Applicazione per cardiologia adulti e pediatrica, eco fetale, imaging transcranico;
- Trasduttore convex con gamma di frequenza operativa estesa da 6 a 2MHz per applicazioni ostetrico/ginecologiche, addominali, gastrointestinali pediatriche, vascolari addominali.

**REQUISITI MINIMI STANDARD**

- Sistema residente in Fondazione;
- Conformità alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA:

- Rispettare tutti i requisiti tecnici minimi indicati per ciascun prodotto ovvero stabiliti da norme di prodotto, norme nazionali, CE, ecc., al momento della consegna, anche se emanate successivamente alla presentazione dell'offerta, con particolare riferimento alla codifica CND e al numero di repertorio dei dispositivi offerti, che devono essere sempre espressamente indicati;
- Conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e tecniche, comunitarie e nazionali, disciplinanti i prodotti oggetto della fornitura nonché le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio, e rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quei requisiti che venissero emanati nel corso della durata del contratto;
- Dotati di marcatura CE conforme al Regolamento UE 2017/745 (MDR) e s.m.i. o alle disposizioni transitorie previste dall'art. 120 del Regolamento UE 2017/745 (MDR);
- Rispettare le prescrizioni su confezionamento ed imballaggio;
- Sistema nuovo di fabbrica e non ricondizionato;
- I sistemi motorizzati dovranno possedere tutti i dispositivi di sicurezza per evitare danni ai pazienti, agli operatori ed alle stesse attrezzature;
- I beni che sono dotati di parti elettriche dovranno rispondere alle specifiche norme di settore (IEC, CEI, ecc.).

Si chiede agli operatori economici interessati di caricare sul portale SINTEL entro le **ore 16:00 del giorno 8 aprile 2025** nella sezione BUSTA UNICA, quanto segue:

- allegare su carta intestata manifestazione di interesse alla partecipazione alla successiva procedura di gara,
- allegare schede tecniche di quanto si intende proporre,
- allegare dichiarazione nella quale si evidenzia il contratto collettivo che sarà applicato al personale dipendente ed impiegato nell'appalto INDICANDO IL RELATIVO CODICE CNEL

**Nella predetta busta non devono essere incluse informazioni o indicazioni di tipo economico**

**NB:**

**Il portale chiede necessariamente di indicare un valore di carattere economico per completare la procedura, si prega, quindi, nello step dedicato di inserire il valore di € 1,00 = al fine procedere. DETTO VALORE NON SARA' IN NESSUN CASO CONSIDERATO.**

Si precisa altresì che eventuali valori relativi ai costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dell'operatore economico, costi del personale e costi della sicurezza da interferenza, **SE RICHIESTI DALLA PIATTAFORMA ALL'ATTO DEL CARICAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**, dovranno essere inseriti per un valore pari a € 0,00 =.

**SI PRECISA CHE IL PRESENTE AVVISO, NON PRESUPPONE LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO O L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI E NON È IMPEGNATIVO PER LA FONDAZIONE LA QUALE SI RISERVA, IN OGNI CASO E IN QUALSIASI MOMENTO, IL DIRITTO DI SOSPENDERE, INTERROMPERE, MODIFICARE O CESSARE LA PRESENTE CONSULTAZIONE.**

Per ulteriori chiarimenti relativi alle attività oggetto del presente avviso, si prega di prendere contatti con: Geom. Clara Milanese tel 0382/503382 – [cl.milanesi@smatteo.pv.it](mailto:cl.milanesi@smatteo.pv.it)

IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI  
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)  
(Dr.ssa Olivia Piccinini)