



**S.C. GESTIONE E
ACQUISIZIONE RISORSE E
LOGISTICA**

Padiglione n. 31
Pediatria

DIRETTORE

Dr. Maurizio Pancioli
mpancioli@smatteo.pv.it
Tel. 0382 503380

SEGRETERIA

Tel. 0382 503381
Fax 0382 503990

**PER INFORMAZIONI
RIVOLGERSI A:**
Dr. Stefano Figini
s.figini@smatteo.pv.it
Tel. 0382 501272

Nella dichiarazione dei redditi dona
il tuo 5 x mille al San Matteo.
Non costa nulla.

Nel riquadro "Finanziamento della
ricerca sanitaria" inserisci il codice
fiscale **00303490189** e firma.

La ricerca serve. A tutti.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA:

CHIARIMENTI

P-20110031062

**PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE IN
"SERVICE" DELLE SALE DI EMODINAMICA E
DI ELETTROFISIOLOGIA DELLA
FONDAZIONE. COD. GARA: 3687442**

DOMANDA:

NELL'ALLEGATO : "Elenco apparecchiature da fornire in uso alle sale di emodinamica è prevista la fornitura di n.1 apparecchio per elaborazioni immagini OCT (tipo equivalente LIGHT LAB - BIOVER). Poichè il relativo materiale di consumo dedicato, ossia la guida ottica per sistema OCT (100pz), viene richiesta nell'allegato "Elenco materiale infungibile", chiediamo se anche detta apparecchiatura sia da considerarsi un infungibile.

RISPOSTA

A parziale variazione di quanto indicato nella scheda "elenco apparecchiature da fornire in uso alle sale di emodinamica" si comunica che l'attrezzatura per elaborazioni immagini OCT è già presente nel laboratorio di emodinamica. Il Concorrente dovrà quindi garantire solo la fornitura del consumabile dedicato e la manutenzione dell'attrezzatura.

DOMANDA:

NELL'ALLEGATO: "Apparecchiature per sala di elettrofisiologia è prevista la fornitura n1 laser per 35-40 procedure di estrazione elettrocateri. Anche in questo caso, chiediamo se anche detta apparecchiatura sia da considerare parte dei presidi da fornire in



FONDAZIONE
IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 5011

contratto estimatorio, poiché i relativi sistemi per estrazione elettrocateri con laser spectranetics (60 pz) sono previsti nell'allegato."Presidi da fornire in contratto estimatorio".

RISPOSTA

Il Concorrente dovrà garantire sia la fornitura del materiale di consumo sia l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione delle prestazioni di estrazione di elettrocateri.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISIZIONE
RISORSE E LOGISTICA
(Dr. Maurizio Pancioli)**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA: