



FONDAZIONE

IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

di diritto pubblico (D.M. 28/4/2006)

C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180

V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA

Tel. 0382 503.377 Fax 0382 503.990

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN FULL SERVICE,
SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI, DI SISTEMI PER AFERESI
PRODUTTIVA E TERAPEUTICA, OCCORRENTE PER 36 MESI,
ALLA FONDAZIONE (GARA AGGREGATA CON LA FONDAZIONE
I.R.C.C.S. ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO).
(P-20100036743)**

COD. GARA: 4316103

DOMANDA

- 1 IL SOPRALLUOGO E' RICHIESTO PER S. MATTEO DI PAVIA E PER L'ISTITUTO TUMORI DI MILANO PER TUTTI I LOTTI?

RISPOSTA

IL SOPRALLUOGO E' RICHIESTO PER I LOTTI AI QUALI SI VUOLE PARTECIPARE.

DOMANDA

2. CON LA PRESENTE SONO A RICHIEDERE SE È DA INSERIRE IN GARA FIRMATO PER ACCETTAZIONE ANCHE IL DUVRI DELLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI O SOLO QUELLO DEL S. MATTEO DI PAVIA COMPILATO E FIRMATO PER ACCETTAZIONE?.

RISPOSTA

IL D.U.V.R.I. DA COMPILARE E' RIFERITO AL LOTTO AL QUALE SI PARTECIPA.

DOMANDA

3. IL LOTTO N. 1 SECONDO L'ART. 10 DEL DISCIPLINARE DI GARA PREVEDE UN PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI € 20,00. MA A ME RISULTA CHE NULLA È DOVUTO PER QUESTO LOTTO.

RISPOSTA

E' STATO UN MERO ERRORE MATERIALE.
NON VI È NESSUN CONTRIBUTO DA PAGARE PER IL LOTTO 1.

DOMANDA

4. CON LA PRESENTE SONO A CHIEDERE CONFERMA DELL'INDIRIZZO COMPLETO E L'UFFICIO DI RIFERIMENTO DOVE SPEDIRE LA FIDEJUSSIONE BANCARIA

PROVVISORIA IN FORMATO CARTACEO. INOLTRE FUORI SULLA BUSTA ESTERNA SCRIVIAMO L'OGGETTO DI GARA E DOBBIAMO PRECISARE CHE ALL'INTERNO C'È LA FIDEJUSSIONE BANCARIA?

RISPOSTA

LA FIDEIUSSIONE BANCARIA PROVVISORIA (SE IN FORMATO CARTACEO), DOVRÀ ESSERE INVIATA ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA PREVISTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE SU PIATTAFORMA (10/08/2012 ORE 16.00) PRESSO LA STRUTTURA ARCHIVIO- PROTOCOLLO DELLA FONDAZIONE, SITA IN P.LE GOLGI, 27100-PAVIA.

SULLA BUSTA DOVRANNO ESSERE INDICATI IL NUMERO DI PROCEDIMENTO E L'OGGETTO DELLA GARA E L'INDICAZIONE DEL CONTENUTO DELLA BUSTA.

DOMANDA

5. INOLTRE NELLA GARA ON LINE FACCIAMO UNA DICHIARAZIONE IN CUI SPIEGHIAMO CHE LA FIDEJUSSIONE È STATA INVIATA IN FORMATO CARTACEO?

RISPOSTA

SI

DOMANDA

6.a) NELLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA ALLEGATO D "DETTAGLIO ECONOMICO": - L'INCIDENZA DEL REAGENTE O ALTRO MATERIALE E L'INCIDENZA QUOTA MACCHINA DEVE ESSERE ESPRESSA IN PERCENTUALE?

b) COSA SI INTENDE PER REAGENTE O ALTRO MATERIALE DI CUI SI CHIEDE L'INCIDENZA?

c) COSA SI INTENDE PER COSTO MEDIO A TEST?

d) INOLTRE IL MATERIALE DI CONSUMO RICHIESTO SI INTENDONO OLTRE AI CIRCUITI ANCHE LE SOLUZIONI FISILOGICHE ACD-A E GLI AGHI?

RISPOSTA

a) L'INCIDENZA DEL REAGENTE O ALTRO MATERIALE E DELL'INCIDENZA QUOTA MACCHINA VA BENE SIA ESPRESSO IN VALORE (EURO) CHE IN PERCENTUALE (%).

b) TRATTASI DI REFUSO. NON ESISTE ALCUN REAGENTE.

c) TRATTASI DI REFUSO. NON ESISTE ALCUN TEST.

d) I COSTI DELLE SOLUZIONI VENGONO QUOTATI SEPARATAMENTE DA QUELLI DEL CIRCUITO, MA COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DELLA FORNITURA E CONTRIBUISCONO ALLA QUOTAZIONE DELLA PROCEDURA.

DOMANDA

7. LE CARATTERISTICHE TECNICHE QUI DI SEGUITO ELENCALE PER IL LOTTO N. 1, IL LOTTO N. 2, IL LOTTO N. 3 ED IL LOTTO N. 4, SONO DA RITENERSI INDISPENSABILI OVVERO LA MANCANZA DI UNA DI ESSE COMPORTA L'ESCLUSIONE DALLA GARA?

PER IL LOTTO 1:

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA STRUMENTAZIONE

- SEPARATORE CELLULARE A FLUSSO CONTINUO
- VOLUME DI EXTRACORPOREA _ 200 ML
- REINFUSIONE CONTINUA IN AUTOMATICO
- REPORT FINALE DELLA PROCEDURA STAMPATO
- CALCOLO DEL VOLUME PLASMATICO RIMOSSO, NELLO SCAMBIO PLASMATICO, IN AUTOMATICO
- CALCOLO DEL VOLUME DEL LIQUIDO SOSTITUTIVO CON L'ESCLUSIONE DELLA QUOTA DELL'ANTICOAGULANTE

PER IL LOTTO 2:

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA STRUMENTAZIONE

- SEPARATORE CELLULARE A FLUSSO CONTINUO IN GRADO DI ESEGUIRE TUTTE LE PROCEDURE ELENcate:

PIASTRINOAFERESI CON PRODUZIONE DI PIASTRINE DEPRIVATE DI LEUCOCITI
RACCOLTA DI CELLULE STAMINALI DAL SANGUE PERIFERICO

RACCOLTA DI CELLULE MONOCLATE (LINFOCITOAFERESI, RACCOLTA DI
MONOCITI PER FOTOCHEMIOTERAPIA EXTRACORPOREA ED IMMUNOTERAPIA)

- PROCEDURE IMPOSTABILI INTERAMENTE IN AUTOMATICO PER PIASTRINOAFERESI E INAUTOMATICO/SEMIAUTOMATICO PER LA RACCOLTA DI CELLULE
- KIT DOPPIO AGO E AGO SINGOLO
- CONTROLLO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ANTICOAGULANTE INFUSO IN CORSO DI PROCEDURA
- CARICO E SCARICO DEL CIRCUITO E FASE DI PRIMING E RESTITUZIONE IN AUTOMATICO
- VOLUME DI EXTRACORPOREA _ 200 ML • POSSIBILITÀ DI USARE UN AGO DA 19 G SULLA VIA DELLA REINFUSIONE
- SISTEMA DI PROTEZIONE DEL DONATORE CONTRO UN'ECESSIVA PIASTRINODEPLEZIONE • VISUALIZZAZIONE IN CORSO DI PROCEDURA DI TUTTI I DATI RELATIVI AL PRODOTTO, AL CONSUMO DI ANTICOAGULANTE E DEGLI ALLARMI RELATIVI
- VELOCITÀ DI CENTRIFUGAZIONE ADATTATA AUTOMATICAMENTE AL VARIARE DEL FLUSSO DI SANGUE

PER IL LOTTO 3:

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA STRUMENTAZIONE

- MONTAGGIO E PRIMING DEL SEPARATORE DI SEMPLICE E RAPIDA ESECUZIONE:
- TEMPI DI MONTAGGIO NON SUPERIORI A 3 MINUTI • TEMPI DI FINE PRIMING E DI INIZIO PROCEDURA COINCIDENTI
- DISPONIBILITÀ DI UN SOFTWARE IN GRADO DI PROTEGGERE IL DONATORE DA VOLUMI DI DONAZIONE ECESSIVI, IN RAPPORTO AI DATI INSERITI NEL PROGRAMMA
- RACCOLTA DI EMOCOMPONENTI STANDARDIZZATA, RILASCIATI CON CONTROLLO DI QUALITÀ
- SISTEMA DI ALLARME DELLA PRODUZIONE DI PIASTRINE CONTAMINATE DA LEUCOCITI
- POSSIBILITÀ DI MODIFICARE IN OGNI FASE DELLA DONAZIONE IL FLUSSO, LA REAZIONE DA CITRATO, L'AGGREGAZIONE PIASTRINICA

- POSSIBILITÀ DI TRASFERIMENTO DATI PROCEDURA “WIRELESS”
- CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ALMENO QUATTRO OPERATORI
- MANUALE IN LINGUA ITALIANA
- MANUTENZIONE DEL SISTEMA CON CADENZA QUADRIMESTRALE

PER IL LOTTO 4:

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA STRUMENTAZIONE

- KIT CHIUSO A DOPPIO AGO, MONOUSO, STERILE (SPECIFICARE METODO DI STERILIZZAZIONE)
- VOLUME DI EXTRACORPOREA _ 200 ML
- CONTAMINAZIONE DA GLOBULI ROSSI MEDIA: INFERIORE A 1 ML DI GLOBULI ROSSI PER LITRO DI SANGUEPROCESSATO

RISPOSTA

LE CARATTERISTICHE SONO DA RITENERSI INDISPENSABILI

DOMANDA

8. ALL'INTERNO DELLE 3000 PROCEDURE DI AFERESI PRODUTTIVA MULTICOMPONENTI RICHIESTE PER IL LOTTO N. 3, SI CHIEDE DI PRECISARE QUALI TIPOLOGIE DI PROCEDURE VENGONO RICHIESTE E, PER CIASCUNA DI ESSE, IL RELATIVO QUANTITATIVO.

RISPOSTA

IN RELAZIONE AL LOTTO 3, SI PRECISA QUANTO SEGUE:

Tipo Procedure	N. Procedure
Eritro-piastrinoaferesi (PLT secche)	190
Plasma-piastrinoaferesi (PLT secche)	2510
Eritro-plasmaferesi	300
TOTALE	3000

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DELLA S.C. GESTIONE E ACQUISIZIONE RISORSE E LOGISTICA
(Dr. Maurizio Pancioli)**