

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180 V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA Tel. 0382 5011

S.S. ACQUISIZIONE E GESTIONE **BENI E SERVIZI**

Padiglione n. 31 Pediatria

Dirigente Dott.ssa O. Piccinini 0382-503996

SEGRETERIA

Tel. 0382 503381 Fax 0382 503990

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: Dr. Stefano Figini

s.figini@smatteo.pv.it Tel. 0382 501272

Nella dichiarazione dei redditi dona il tuo 5 x mille al San Matteo. Non costa nulla.

Nel riquadro "Finanziamento della ricerca sanitaria" inserisci il codice fiscale 00303490189 e firma.

La ricerca serve. A tutti.

OGGETTO: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO IN FORMA AGGREGATA PER LA FORNITURA DI PACE MAKERS E DEFIBRILLATORI OCCORRENTI ALLA **FONDAZIONE** I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN MATTEO (CAPOFILA), AO DESIO/VIMERCATE E AO GARBAGNATE (AGGREGATI) -FABB. MESI 48. COD. GARA: 5174125

CHIARIMENTI II

Con la presente si comunicano i seguenti chiarimenti:

DOMANDA:

si chiede se è possibile offrire lo stesso codice prodotto in diversi lotti (naturalmente con analoga offerta economica)

RISPOSTA:

Si è possibile, con lo stesso prezzo, tenuto conto che i dispositivi devono possedere sempre tutte le caratteristiche "essenziali" richieste e che gli stessi saranno valutati e nel caso penalizzati qualora non soddisfino i requisiti preferenziali per i quali la commissione procederà all'assegnazione del punteggio tecnico.

DOMANDA:

lotto 12: si chiede di specificare cosa venga richiesto/valutato con la caratteristica "Algoritmo per la regolarizzazione della frequenza ventricolare in caso di AF" e con "Algoritmo per il recupero del trascinameto atriale".

RISPOSTA:

"Algoritmo per la regolarizzazione della frequenza ventricolare in caso di AF" Si intende un algoritmo che in caso di AF/AT condotta al ventricolo con frequenza irregolare e maggiore rispetto alla fc programmata modifichi la frequenza di stimolazione del PM per garantire la resincronizzazione cardiaca e una frequenza ventricolare più regolare.

"Algoritmo per il recupero del trascinamento atriale". Si intende un algoritmo che ripristini il trascinamento atriale qualora si fosse perso in conseguenza di battiti atriali consecutivi che cadano nel periodo refrattario atriale successivo ad eventi ventricolari (PVARP).

DOMANDA:

- Lotto 14: nello stesso lotto vengono identificati, attraverso le caratteristiche preferenziali, prodotti appartenenti a diverse categorie merceologiche (ad es. cateteri transvenose ed epicardici). Si chiede di

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTT.SSA O. PICCININI REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA: DR. STEFANO FIGINI – 0382-501272



Mod 41 Rev. 2 del 30, marzo 2010



FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180 V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA Tel. 0382 5011

confermare tale richiesta.

RISPOSTA:

Si conferma la richiesta e si sottolinea che si tratta di caratteristiche preferenziali, che non pregiudicano l'idoneità a offrire nel lotto in questione.

DOMANDA:

- lotto 14: si chiede di specificare se l'"elettrodo distale a forma di anello" può essere interpretato come elettrodo distale con colletto attivo.

RISPOSTA:

Si.

DOMANDA:

a pag 3 del disciplinare di gara (art 2 "Forma e sottoscrizione dei documenti") viene specificato che : ogni documento relativo alla procedura dev'essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana..."

Domanda: relativamente alle certificazioni CE MARK e alla letteratura scientifica è possibile fornire tale documentazione in lingua originale (inglese) ?

RISPOSTA:

Le certificazioni possono essere presentate in lingua originale, per quanto riguarda la letteratura, considerato inoltre i limiti di dimensioni di caricamento del portale SINTEL è possibile allegare una dichiarazione dove dettagliatamente si indica la letteratura che può essere fornitura a richiesta della Commissione di Gara.

DOMANDA:

i marchi CE e ISO devono essere necessariamente in copia conforme autenticata dal notaio o se possiamo eventualmente fare un' autocertificazione di copia conforme agli originali

RISPOSTA:

E' possibile caricare scansione delle certificazione possedute con indicazione di copia conforme all'originale in carta semplice.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DELLA S.S. ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI (Dott.ssa O. Piccinini)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTT.SSA O. PICCININI REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA: DR. STEFANO FIGINI – 0382-501272



Mod. 4.1 Rev. 2 del 30 marzo 2010