



**S.S. ACQUISIZIONE E
GESTIONE BENI E SERVIZI**

Padiglione n. 31
Pediatria

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Olivia Piccinini
o.piccinini@smatteo.pv.it
Tel. 0382 503996

SEGRETERIA

Tel. 0382 503983
Fax 0382 503990

Per informazioni:
Dott.ssa Paola Gelmetti
Tel 0382/501384
p.gelmetti@smatteo.pv.it

Nella dichiarazione dei redditi dona
il tuo 5 x mille al San Matteo.
Non costa nulla.

Nel riquadro "Finanziamento della
ricerca sanitaria" inserisci il codice
fiscale **00303490189** e firma.

La ricerca serve. A tutti.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA:

**CHIARIMENTI GARA SISTEMI CHIUSI PER
LA MISURAZIONE DELLA DIURESIS ORARIA
P-20140003170**

DOMANDA 1) In riferimento alla pagina 11 del disciplinare di gara si chiede, all'art.4 offerta economica, l'obbligo di formulare l'offerta con due decimali anche in presenza su piattaforma SINTEL la possibilità di inserirne cinque. Chiediamo di volerci indicare se è possibile inserirne più di due dopo la virgola.

RISPOSTA 1) E' preferibile inserire solo due decimali per motivazioni pratiche legate al fatto che la nostra procedura informatica relativa all'emissione dell'ordine, prevede solo due decimali sull'importo totale ordinato.

DOMANDA 2) E' possibile conoscere le basi d'asta dei lotti?

RISPOSTA 2) Non sono previste basi d'asta

DOMANDA 3) Per quanto riguarda la documentazione amministrativa è necessario allegare un documento di identità del sottoscrittore e firma in calce oppure basta la firma digitale senza il documento?

RISPOSTA 3) E' sufficiente la firma digitale

DOMANDA 4) Il lotto 1 è una sacca con valvola e rubinetto oppure senza.

RISPOSTA 4) La descrizione del lotto non prevede il rubinetto

DOMANDA 5) Si chiede se il valore di range indicati per definire la base d'asta (es. lotto 8: 250.000-282.000) è indicativo o da rispettare a pena di esclusione



RISPOSTA 5) Vedi risposta n. 2

DOMANDA 6) Lotto 2: sacchetti per raccolta urina a circuito chiuso:

- a) Si chiede se la sacca deve avere la vaschetta Pasteur
- b) Il connettore punto prelievo deve essere con o senza ago?

RISPOSTA 6)

- a) Non è prevista
 - b) Non è previsto il punto di prelievo
-

DOMANDA 7) Lotto 3: sacchetti per raccolta urina a circuito chiuso:

- c) Si chiede se la sacca deve avere la vaschetta Pasteur
- d) Il connettore punto prelievo deve essere con o senza ago?
- e) Chiedete capacità 2.5/3 litri. Può essere 2 litri?

RISPOSTA 7)

- a) La vaschetta non è prevista.
 - b) Il punto di prelievo non è previsto
 - c) La capacità 2 litri corrisponde al lotto 2
-

DOMANDA 8) Nell'art. 4 del disciplinare di gara viene indicato che il pagamento avverrà per il materiale effettivamente utilizzato, mentre il materiale rimanente resterà di proprietà della ditta. Chiediamo se trattasi di un refuso

RISPOSTA 8) Si tratta di un refuso

DOMANDA 9) Le sacche urina al lotto 1 devono avere il rubinetto di scarico?

RISPOSTA 9) No. Vedi risposta 4

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA: