



FONDAZIONE
IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 5011

**S.S. ACQUISIZIONE E GESTIONE
BENI E SERVIZI**

Padiglione n. 31
Pediatria

Dirigente
Dott.ssa O. Piccinini
Tel 0382-503996

SEGRETERIA

Tel. 0382 503983
Fax 0382 503990

**PER INFORMAZIONI
RIVOLGERSI A:**
Dr. Stefano Figini
s.figini@smatteo.pv.it
Tel. 0382 501272

Nella dichiarazione dei redditi dona
il tuo 5 x mille al San Matteo.
Non costa nulla.

Nel riquadro "Finanziamento della
ricerca sanitaria" inserisci il codice
fiscale **00303490189** e firma.

La ricerca serve. A tutti.

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E
INSTALLAZIONE
"CHIAVI IN MANO" DI NR. 1 ACCELERATORE
LINEARE
COD. GARA: 6164399
Cig: 6394601FAA**

CHIARIMENTI

DOMANDA:

Smaltimento Acceleratore Lineare: con riferimento all'attività in oggetto si ricorda che con la Vs. risposta n° 2 ai quesiti della precedente edizione della gara la S.A. si impegnava a mettere a disposizione dell'Aggiudicatario, all'interno della Struttura, un'ambiente dove stoccare momentaneamente le parti che risultassero ancora attive dopo lo smontaggio fino al loro decadimento.

In questa seconda edizione della gara il Capitolato riporta a pag.14 tra le attività a cura dell'Aggiudicatario: ...le parti eventualmente attivate, dovranno essere smaltite a carico della Ditta aggiudicataria..., senza nessuna indicazione temporale.

A riguardo si chiede una conferma che l'Aggiudicatario avrà comunque a disposizione un idoneo locale dove stoccare temporaneamente le parti che risultassero ancora attivate durante lo smontaggio per poi smaltirle successivamente dopo il comprovato decadimento delle attivazioni residue.

RISPOSTA:

Come previsto nel capitolato di gara, la Ditta aggiudicataria si dovrà fare carico dello smaltimento del materiale eventualmente attivato e nel pieno rispetto delle vigenti normative. Non è prevedibile pertanto presso la Fondazione un deposito temporaneo fino ad avvenuto decadimento del materiale attivato in quanto tale procedura richiederebbe specifica autorizzazione da parte degli Enti preposti con

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTT.SSA O. PICCININI

REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA: DR. STEFANO FIGINI - 0382/501272



FONDAZIONE
IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 5011

modalità e tempistiche non compatibili con la dismissione della vecchia apparecchiatura e installazione della nuova.

DOMANDA:

Cronoprogramma: si chiede conferma che la definizione massima delle tempistiche da inserire in gara sia lasciata completamente a carico del concorrente senza nessuna Vs. Indicazione preliminare.

RISPOSTA:

Come evidenziato nel Capitolato di gara "I lavori saranno da concludere indicativamente entro sei mesi dalla assegnazione della fornitura. Il concorrente dovrà indicare nel progetto che presenterà in sede di offerta un cronoprogramma indicativo per l'esecuzione della fornitura dall'installazione fino al collaudo."

DOMANDA:

3. Manutenzione ordinaria forniture impiantistiche durante la garanzia: si chiede una conferma che l'attività di manutenzione ordinaria relative alle sole forniture impiantistiche a corredo del Linac siano di competenza della S.A. e gestite attraverso il Vs. Ufficio Tecnico.

RISPOSTA:

Durante il periodo di garanzia la manutenzione ordinaria degli impianti meccanici , elettrici, opere edili ed affini sarà di competenza della Ditta aggiudicataria.

DOMANDA:

4. Manutenzione ordinaria forniture impiantistiche nel post garanzia: si chiede conferma che la proposta annuale di manutenzione post garanzia non includa anche le forniture impiantistiche accessorie (Qe, eventuali macchine tecnologiche) in quanto attività gestite nel Vs. interno attraverso il Vs. Ufficio Tecnico.

RISPOSTA:

Nel periodo post garanzia la manutenzione ordinaria degli impianti meccanici , elettrici, opere edili ed affini sarà di competenza della scrivente Fondazione e gestita tramite la Struttura Tecnico Patrimoniale

DOMANDA:

5. Porta Bunker: si chiede di conoscere lo stato funzionale della porta esistente del bunker ed una conferma da parte Vs. che se nel caso della sua idoneità protettiva anche per la

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTT.SSA O. PICCININI

REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA: DR. STEFANO FIGINI – 0382/501272



FONDAZIONE
IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 5011

nuova apparecchiatura, in gara non si debba prevedere nulla.

RISPOSTA:

La porta del bunker è stata progettata per l'apparecchiatura attualmente installata e da dismettere. Poiché la Ditta aggiudicataria dovrà fornire il progetto di schermatura del bunker idoneo alla nuova apparecchiatura in gara, rimane a carico della Ditta la verifica della idoneità della porta e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie anche sulla base delle indicazioni fornite dalla S.C. Fisica Sanitaria per l'approvazione definitiva del progetto stesso.

DOMANDA:

Figure Professionali: si chiede conferma che nell'Analisi dei costi il concorrente non debba valutare nessuna figura professionale, considerando queste tutte di nomina e costi a cura della Stazione Appaltante.

RISPOSTA:

La Direzione dell'esecuzione del contratto avverrà ai sensi dell'art. 300 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per quanto di competenza della stazione appaltante.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTT.SSA O. PICCININI

REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA: DR. STEFANO FIGINI – 0382/501272