



P – 20170006318

Pavia, 20/02/2017

AVVISO esplorativo per l'acquisto di un ventilatore polmonare occorrente alla S.C. di Neonatologia e Patologia Neonatale

Con riferimento a quanto in oggetto, gli operatori economici interessati dovranno inviare richiesta per successivo invito alla procedura di gara che verrà predisposta tramite il portale di intermediazione telematica di Regione Lombardia SINTEL entro il giorno 06/03/2017 alle ore 12.00 al seguente indirizzo mail: d.valeriani@smatteo.pv.it.

Le caratteristiche minime della strumentazione che saranno meglio specificate negli atti di gara, sono le seguenti:

- ventilatore polmonare ospedaliero, nuovo, non ricondizionato e di ultima generazione;
- ventilazione di pazienti in età neonatale con compensazione delle perdite;
- volume corrente minimo di 2 ml;
- tipologia trigger: flusso;
- dotato di display di comando e controllo con allarmi visivi ed acustici;
- esportazione dei dati tramite interfacce;
- dotato di batteria interna per garantire la funzionalità dello strumento in mancanza di alimentazione di rete;

Ai sensi del D.lgs. 50/2016 i requisiti minimi richiesti sono i seguenti:

- Aver svolto negli ultimi 3 esercizi forniture analoghe

Per ulteriori chiarimenti si prega di prendere contatti con: sig.ra Valeriani Daniela tel. 0382503381.

Distinti Saluti

**IL DIRIGENTE DELLA S.S. ACQUISIZIONE E
GESTIONE BENI E SERVIZI
(Dott.ssa O. Piccinini)**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA:

