

ULTERIORI CHIARIMENTI

P- 20170009220

Fornitura in full service per 24 mesi di sistema per la terapia a pressione negativa per il trattamento delle ferite ad addome aperto, occorrente alla Fondazione

ID SINTEL:88633147 - COD. GARA: 6832053 - CIG: 7186579898

1. Gentilissimi, con la presente siamo a richiedere conferma che la garanzia provvisoria sia da predisporre per il 2% dei 50.000,00 € di valore complessivo presunto, riducibile del 50% in virtù della certificazione ISO9001. In attesa di un Vostro cortese riscontro ringraziamo anticipatamente e porgiamo cordiali saluti.

Risposta: Si rimanda all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

2. Trattandosi di fornitura dell'unità motore in comodato d'uso e pertanto, dovendo le riparazioni essere eseguite dalla Casa Madre/Produttore, siamo a richiedere di poter depennare dalla dichiarazione i punti 1 e 4 relativi rispettivamente a schemi elettrici, elettronici e meccanici e parti di ricambio.

Risposta: Si richiede la documentazione come descritto da Allegato A. Non è possibile depennare punti.

3. Relativamente al punto 5 siamo a richiedere conferma che sia sufficiente fornire la check list compilata al termine di ogni manutenzione, o, in caso contrario, siamo a richiedere di poter cancellare il punto della dichiarazione.

Risposta: Si richiede di fare riferimento ai capitoletti "Manutenzione preventiva" e "manutenzione correttiva/straordinaria" presenti in Scheda Tecnica.

4. Relativamente al punto 2 siamo a richiedere cosa si intenda per "informazioni sui rischi".

Risposta: Si intendono informazioni sui principali rischi, ad esempio di tipo biologico, elettrico o chimico. Queste informazioni possono essere contenute nel manuale d'uso.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELLA
U.O.C. PROVVEDITORATO - ECONOMATO
(Dr.ssa Olivia Piccinini)**

