



PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER OSTEOSINTESI OCCORRENTE
ALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO (CAPOFILA) E ALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO
DEI TINTORI (MANDANTE)

Oggetto: **RICHIESTE CHIARIMENTI – TECNICI**

1. DOMANDA

1. Lotto n. 2: la descrizione del lotto (rif. "Allegato A - SCHEDA TECNICA CARATTERISTICHE E FABBISOGNI" al Capitolato Tecnico) cita: *"Chiodo femorale prossimale a sezione trapezoidale di almeno 2 lunghezze differenti, **con fissazione cervicocefalica ad angoli variabili**, vite cefalica di varie lunghezze, vite distale guidata di varie lunghezze"*.

Si chiede di chiarire cosa si intende per **"angoli variabili"**: è corretto interpretare che per tale parametro non è stato fissato un valore puntuale in quanto varia da azienda ad azienda e che dunque ciascun offerente possa presentare il singolo angolo CC posseduto?

RISPOSTA

Si conferma la correttezza di questa interpretazione